Outlook

Solicitação de Informações - Ressonância Santa Casa de Anápolis

De vendasgyn@tiradentessaude.com.br <vendasgyn@tiradentessaude.com.br>
Data Qua, 2025-03-05 16:47
Para Licitação - Santa Casa <licitacao@santacasa.org>
Cc licitacao1@tiradentessaude.com.br <licitacao1@tiradentessaude.com.br>

1 anexo (122 KB)
Formulário Licitações.doc;

Prezado(a),

Espero que esteja bem.

Conforme alinhado com o Sr. Whitte, segue em anexo o arquivo para preenchimento com as informações necessárias para que possamos participar do processo de forma adequada.

Fico à disposição para qualquer dúvida e no aguardo do retorno.

Atenciosamente,

RESPOSTA FOMULÁRIO

Convênio: 946500/2023
Proposta: 051467/2023
Edital 001/2025

Questionamentos:

a) **Informar tensão de alimentação para o equipamento: se 220V ou 380V**

R: 380V (fase fase).

b) **Informar provável data de fechamento do negócio**

R: Por se tratar de verba pública (Emenda Parlamentar), não podemos estimar com precisão o prazo de recebimento do recurso, mas a expectativa é para finalizar o processo de compras até dez/2025.

c) **Confirmar se as Unidades de Saúde que receberão os equipamentos mencionados já estão prontas ou ainda serão construídas;**

R: Unidade de Saúde pronta.

d) **Em caso de Unidades já existentes, confirmar se já existem salas prontas ou com adequações a serem realizadas, para receber os equipamentos;**

R: Está sendo construído um novo Centro de Imagem para receber o aparelho. Projeto será enviado para todos os participantes.

e) **Previsão do término das adequações:**

R: Obra prevista para ser concluída em Julho e de funcionamento, após conclusão da gaiola e chegada do equipamento.

f) **Confirmar se caso as Unidades de Saúde e/ou as salas não estejam prontas, se os equipamentos serão entregues no Almoxarifado do cliente;**

R: Previsão para ser entregue na nova sala do aparelho de RM.

Na medida do possível, encaminhar:

- Planta baixa

- Fotos do local de instalação e percurso para entrega:

R: Será enviado.

Sobre questões Financeiras:

g) Confirmar origem dos recursos financeiros destinados para aquisição dos itens;

R: Emenda Parlamentar.

h) Se for registro de preço, confirmar se há, neste momento, uma expectativa de quantidade de equipamento(s) que efetivamente serão adquiridos de forma imediata, ou se os equipamentos serão adquiridos ao longo da vigência do registro de preços;

R: Não é registro de Preço e sim Cotação Prévia Eletrônica. O processo de compra só será efetivado quando o recurso cair em conta bancária da instituição e após entrega/instalação do aparelho.

i) Confirmar se, em caso de entrega no Almoxarifado do cliente, haverá o aceite

R: Não.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTIANO MONTANDON
Data: 06/03/2025 15:36:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr. Cristiano Montandon
Responsável Técnico
SCMA

gov.br Documento assinado digitalmente
MURILO CARLOS DA SILVA SANTANA
Data: 06/03/2025 11:34:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr. Murilo Santana
Diretor Técnico
SCMA

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO HENRIQUE PRADO SILVA
Data: 06/03/2025 14:51:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Henrique Prado Silva
Engenheiro Clínico
SCMA

Comissão de Elaboração, Julgamento e Adjudicação para Cotações Prévias.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS / FASA