

À
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAPOLIS (FASA)
SANTA CASA DE ANAPOLIS (SCMA)
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 003/2025
CONVÊNIO 969176/2024 – Proposta: 029390/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	Valor Total
03	Ventilador Mecânico Amoul modelo T6 Configuração: Unidade Básica (Modos ventilatórios invasivos IPPV e PCV, PRVC, V-A/C, P-A/C, P-SIMV, V-SIMV, PRVC-SIMV, BiPPV, CPAP/PSV, APRV, modos ventilatórios não invasivos: nCPAP, nCPAP-PC, HFNC e CPR) com 2 Gases (O2 e Ar por turbina)  <i>Imagem meramente ilustrativa</i> Descrição Geral: O Amoul T6 é um ventilador de turbina portátil para uso em transporte intra hospitalar e UTI que conta com até 15 modos ventilatórios e 21 parâmetros de alarme ventilatório, cobrindo uma série de usos pré e intra-hospitalar em ventilação invasiva e não-invasiva. O T6 possui tela touch-screen 10,4 pol. de fácil operação, histórico de registros, tecla de atalho para seleção do tipo de paciente (adulto, pediátrico, neonatal), e botão de acesso direto à ventilação de RCP (reanimação cardiopulmonar).	02	R\$ 70.744,00 (Setenta mil e setecentos e quarenta e quatro reais).	R\$ 141.488,00 (Cento e quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e oito reais).

Todos os parâmetros de ventilação e alarmes podem ser configurados de maneira intuitiva, de modo a maximizar a eficiência no tratamento e a segurança do paciente. O ventilador Amoul T6 possui ainda funções avançadas tais quais armazenamento e visualização de tendências (168 horas), formas de onda, gráficos circulares (loops), ventilação para RCP, CNAF, sucção de secreções, nebulização, ferramenta P-V, manobra de recrutamento alveolar (MRA) e pulmão dinâmico. Possui índice de proteção contra entrada de poeira e líquidos IP44 Possui autoteste inicial com calibração de: zeragem do circuito respiratório com compensação de complacência, da resistência do tubo, da complacência do tubo e do sensor de fluxo. O equipamento permite uso em terapia de alto fluxo de oxigênio (HFNC) com ajuste de fluxo de O₂ de até 65 L/min e ajuste de volume corrente para ventilação invasiva entre 2 e 2000 ml Possui compensação do tubo endotraqueal e de complacência do circuito respiratório Tem sistema de nebulização configurável entre 1 e 90 min Possui monitoração de pulmão dinâmico para verificação em tempo real das condições pulmonares so paciente Possui manobras respiratória tais como, P0.1, RSBI, Constante de tempo, PEEPi, Aspiração, Pulmão dinâmico, Retenção inspiratória e expiratória, inspiração e expiração manual e nebulização. Possui os modos ventilatórios invasivos: IPPV e PCV, PRVC, V-A/C, P-A/C, P-SIMV, V-SIMV, PRVC-SIMV, BiPPV, CPAP/PSV, APRV e modos ventilatórios não invasivos: nCPAP, nCPAP-PC, HFNC e CPR. <i>Esta configuração do Ventilador Amoul T6 acompanha:</i> Unidade Básica com tela de 10,4"; Sensor de fluxo – 1 unidade; Válvula inspiratória – 1 unidade; Válvula expiratória – 1 unidade; Circuito respiratório adulto reutilizável HME – 3 Unidades; Circuito respiratório adulto infantil HME – 3 Unidades Célula de O₂ Galvânica – 1 unidade Braço articulado para suporte das traqueias – 1 unidade; Mangueira de Oxigênio – 1 unidade; Bateria (240 minutos) – 1 unidade; Cabo de força padrão brasileiro – 1 unidade;			
--	--	--	--

Trolley com rodízio (fornecimento local) – 1 unidade. Especificações Técnicas Tamanho de Tela: Monitor de LCD sensível ao toque de 10,4” Resolução: 1024 x 768 IP 44 Fonte de Alimentação: 100 a 240V, 1 bateria (240 minutos) Peso da unidade: Aproximadamente 6,2Kg Modos de Ventilação: modos ventilatórios invasivos: IPPV e PCV, PRVC, V-A/C, P-A/C, P-SIMV, V-SIMV, PRVC-SIMV, BiPPV, CPAP/PSV, APRV e modos ventilatórios não invasivos: nCPAP, nCPAP-PC, HFNC e CPR. Ajustes Frequência respiratória: 0,1 a 150 / min (A/C) Tempo Inspiratório: 0,2 a 10s Volume corrente: 2 a 2000ml Pressão inspiratória: 1 a 90 cmH₂O Exp % 5 a 85% Tempo de rampa 0,06 a 2seg Trigger Pressão -20 a -0,5 cmH₂O Trigger a Fluxo 0,2 a 20 L/min PEEP: 0 a 40 cmH₂O Tempo de apnéia 5 a 60 seg △Psup: delslig. 1 a 90 cmH₂O FiO₂: 21 a 100% HFNC 0 a 65 L/min IP 44 Manobras Mecânica Pulmonar: P0.1, RSBI, Constante de tempo, PEEPi, Aspiração, Pulmão dinâmico, Retenção inspiratória e expiratória, inspiração e expiração manual. Parâmetros Monitorados: Pressão (pico, platô, média e PEEP)			
--	--	--	--

Volume minuto;; Volume corrente: inspirado e expirado; Frequência P0.1 relação i:E respiratória;; FiO2; resistência. Outras Características Conexões externas: Interface internet, USB, RS-232, VGA O produto é novo. REGISTRO DO PRODUTO Nº: 80117580946			
--	--	--	--

Valor total da proposta: R\$ 141.488,00 (Cento e quarenta e um mil e quatrocentos e oitenta e oito reais).

Dados da empresa: Dixmedical Produtos Para Saúde Ltda.

Rua Jose Ramon Urtiza, 308 - Vila Andrade

São Paulo - SP - CEP: 05717-270 - Morumbi

Tel.: 11 5555-8661

e-mail: oliverkan.lima@dixmedical.com.br

CNPJ: 19.001.659/0001-90 - Ins. Est.: 142.870.495.110

Representante Legal: Silvio Cesar Oliveira

CPF nº 157.145.708-98 – RG nº 21.517.168-8

Marca/Modelo/Fabricante: Amoul / T6 / Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd. **Origem:**

China **Representante:** Dixmedical. **Frete:** CIF

Prazo validade proposta: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses, após entrega e instalação.

Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias corridos a partir da Ordem de Fornecimento;

Local de entrega: Avenida Santos Dumont, 980 – Bairro Jundiá, Anápolis – Goiás.

CEP: 75110-730.

Pagamento: Até 10 (dez) dias uteis a partir da instalação e aceite.

Dados para pagamento: Banco do Brasil (001) – Agência nº 1740 – C.C: 30165-5


DECLARAMOS ESTAR CIENTES E DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DO EDITAL.

- Declaramos que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento, inclusive as despesas com manutenção, bem como qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, frete, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Instituição.
- Declaramos o fornecimento de peças de reposição por pelo menos 05 (cinco) anos após o término de fabricação do equipamento.
- Declaramos aceitar todas as condições e exigências no Edital acima citado.
- Garantimos Instalação, Treinamento técnico e operacional, Assistência Técnica, manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças no período de garantia

sem qualquer ônus para o hospital, após esse período os serviços serão executados mediante aprovação de orçamento.

- **Declaramos que a empresa I. S. Costa Central de Telemedicina. , inscrita sob o CNPJ 18.031.325/0001-05 n°e Insc. Estadual: 106.466.313, situada à Av Bernardo Sayão 785 - Quadra 46 Lote 06, Cep: 76.310-000, Setor Comercial - Rialma GO, contato: (62) 3397-2256, e-mail comercial@centraltelemedicina.com.br , a mesma será responsável pelos serviços de assistência técnica preventiva e corretiva , reposição de peças sem qualquer ônus para a associação na vigência da garantia , após esse período os serviços serão prestados mediante aprovação do orçamento .**
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Assumimos a responsabilidade pela qualidade e segurança dos produtos cotados;
- Garantia de entrega, instalação, testes, treinamentos dos equipamentos ofertados, através de pessoal capacitado e devidamente treinado, sob nossa total responsabilidade, colocando-os em perfeitas condições de utilização e funcionamento.

São Paulo, 10 de março de 2025.


DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA
Silvio César de Oliveira
Sócio Diretor
RG nº 21.517.168-8
CPF nº 157.145.708-98

19.001.659/0001-90
DIXMEDICAL PRODUTOS
PARA A SAÚDE LTDA
Rua José Ramon Urtiza, 308
Vila Andrade - CEP: 05717-270
SÃO PAULO - SP