



Cirúrgica São Felipe®
Produtos Para Saúde EIRELI

07.626.776/0001-60
CAD. ICMS:90546235-07
CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 02 - SALA C
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

À:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANAPOLIS
CNPJ sob o nº 01.038.751/0001-60 ANAPOLIS - GO

PROCESSO Nº: 003/2025 CONVÊNIO : 969176/2024

RECEBIMENTO: ATÉ 10/03/2025 E-MAIL: LICITACAO@SANTACASA.ORG

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA

CNPJ: 07.626.776/0001-60

Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo

CPF: 922.630.709-15

RG: 5.916.363-9/SESP/PR

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

AG nº 1622-5

AG: nº 1630 - OP 003

C/C: 27.649-9

C/C: 2284-8

Tel/ Fax: (41) 3354-1001

e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Cotação Prévia de Preços, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Representante Legal: Alairto José Pelozzo

CPF: 747.575.399-91

RG: 5.011.809-6

Banco Bradesco

Banco Itaú

AG: 01205-0

AG: 3701

C/C: 0004333-8

C/C: 33000-7

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
03	2	UND	Descrição Completa do Ventilador de Transporte e Emergência T7 1. Apresentação O Ventilador de Transporte e Emergência T7 é um equipamento moderno e versátil, desenvolvido para oferecer suporte ventilatório a pacientes neonatais, pediátricos e adultos com insuficiência respiratória. Seu design compacto e sua capacidade de operação em diferentes ambientes tornam-no ideal para emergências, transporte hospitalar e ventilação temporária em unidades de terapia intensiva.	AMOUL/ T7 / FABRICANTE: AMBULANC (SHENZHEN) TECH. CO., LTD -CHINA, REPÚBLICA POPULAR / 80117580946	R\$ 49.920.00	R\$ 99.840.00



		2. Características Técnicas • Modos de ventilação: o IPPV: Ventilação por Pressão Positiva Intermitente o V-A/C: Ventilação Assistida Controlada por Volume o V-SIMV: Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada com Volume Controlado o PCV: Ventilação Controlada por Pressão o P-A/C: Ventilação Assistida Controlada por Pressão o P-SIMV: Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada com Pressão Controlada o CPAP e CPAP+: Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas o BiPPV e BiPPV+: Ventilação por Pressão Positiva Binível o PRVC e PRVC+: Ventilação com Volume Controlado Regulada por Pressão o APRV e APRV+: Ventilação por Alívio da Pressão nas Vias Aéreas o ISR: Ventilação para Intubação de Sequência Rápida			
		o CNAF: Cânula Nasal de Alto Fluxo o RCP: Ventilação para Reanimação Cardiopulmonar • Tela Touch Screen de 7 polegadas o Interface intuitiva para configuração e monitoramento dos parâmetros ventilatórios. o Exibição de curvas de pressão, fluxo e volume, além de gráficos circulares (loop).			
		• Parâmetros Monitorados e Faixas de Ajuste o Pressão das vias aéreas (P.v.aér): 0 a 100 cmH ₂ O o Fluxo respiratório: 0 a 180 L/min o Volume corrente: 50 a 3000 mL o EtCO ₂ (quando o módulo de capnografia está conectado): 0 a 150 mmHg o PEEP (Pressão Expiratória Final Positiva): 0 a 35 cmH ₂ O o Frequência respiratória: 1 a 120 bpm o FiO ₂ (Fração Inspirada de Oxigênio): 40% a 100% o Relação I:E (Inspiração/Expiração): 1:10 a 4:1 o Volume Minuto: 1 a 120 L/min o Pressão Inspiratória Máxima: 15 a 70 cmH ₂ O o Concentração de O ₂ : Ajustável de 40% a 100% em incrementos de 10%			



		• Ajuste da concentração de oxigênio o Níveis ajustáveis em incrementos de 10%. • Sistemas de Alarme e Segurança o Alarmes visuais e sonoros com três níveis de prioridade: • Alta prioridade: Alarmes críticos, como apneia, falha do sistema, desconexão do circuito e pressão inspiratória extrema. • Média prioridade: Alarmes de anomalias que exigem atenção, como vazamento de ar, frequência respiratória anormal e variações de volume minuto. • Baixa prioridade: Alertas informativos sobre condições de operação, como notificação de carga de bateria baixa. - o O alarme sonoro pode ser ajustado em diferentes volumes e pode ser temporariamente silenciado por até 120 segundos. - o Indicadores luminosos: LED vermelho para alarmes críticos e LED amarelo para alertas de média prioridade. - o Registro automático dos alarmes no histórico do equipamento para análise posterior. - o Sensor de fluxo e sensor de capnografia (EtCO2) para monitoramento contínuo do paciente.			
		o Bateria de backup que mantém o sistema operacional em caso de falha de energia. • Bateria de longa duração o Bateria recarregável de alta capacidade (7800mAh), garantindo autonomia em situações críticas. - o Tempo de operação da bateria interna: até 8 horas de uso contínuo. • Compatibilidade com Capnografia (EtCO2) o Monitoramento contínuo da concentração de CO2 ao final da expiração.			
		• Índice de Proteção (IPX) o IPX4 – Proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção, garantindo resistência em ambientes hospitalares e de transporte. 3. Acessórios Inclusos • 01 Circuito respiratório de paciente Autoclavável Adulto • 01 Circuito respiratório de paciente Autoclavável Pediátrico - o 01 Mangueira e Conectores de respiração reutilizável ou descartável - o 01 Válvula expiratória de alta precisão - o 01 Sensor de fluxo			



		• Fonte de alimentação o Cabo adaptador de energia compatível com a rede elétrica • Suporte para transporte e fixação o 01 Pedestal com rodízios o 01 Kit de fixação para ambulâncias e macas o 01 Maleta de transporte resistente o 01 Manual de Operação de Uso em Português o Todos dos Demais acessórios para seu pleno Funcionamento			
		Aplicações • Emergências médicas o Atendimento pré-hospitalar e transporte de pacientes o Uso prolongado em desastres e situações de crise • Hospitais e unidades de saúde o Ventilação temporária em UTIs, salas de recuperação e centros cirúrgicos o Transferência intra-hospitalar de pacientes ventilados			
		5. Diferenciais do T7 • Portabilidade e resistência o Construído com materiais de alta durabilidade, ideal para uso em ambientes exigentes. • Facilidade de uso o Interface amigável e rápida configuração para diferentes perfis de pacientes. • Segurança aprimorada o Alarmes integrados para monitoramento contínuo e resposta rápida a emergências. 6. Suporte e Atendimento Caso tenha qualquer dúvida ou precise de mais informações sobre algum ponto específico desta descrição, nossa equipe está totalmente à disposição para esclarecimentos. O Ventilador de Transporte e Emergência T7 foi projetado para atender plenamente ao fim a que se destina, proporcionando suporte ventilatório eficaz e seguro. Entre em contato para obter mais detalhes ou suporte técnico especializado.			
TOTAL DA PROPOSTA:				TOTAL	99.840.00
Noventa e nove mil oitocentos e quarenta reais.....					

DECLARAMOS : Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.



Validade da Proposta: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Entrega: Até 30 (trinta) DIAS

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 19 de Março de 2025.