


NOTA EXPLICATIVA

Depois de cumpridas as formalidades da Cotação Prévia de Preços, nº 003/2025, proposta nº 029390/2024, para a aquisição de 05 banquetas, 03 focos refletor ambulatorial, 02 ventiladores pulmonares pressométrico, 03 escadas com dois degraus, 02 cadeiras de rodas para obeso, 02 mesas de mayo, 02 mesas auxiliares. para a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis - SCMA, com recursos oriundos do convênio de nº 961360/2024, e revendo as propostas ofertadas, retificado os requisitos para o cumprimento das participações das empresas e atendendo o parecer da Comissão de Elaboração, Julgamento e Adjudicação **RESOLVE** elaborar um novo edital com o item: **02 ventiladores pulmonares pressométricos**. Tal decisão justifica-se devido a um erro na descrição do termo de referência, visto que, no SIGEM, a referência do PEEP deve ser de, no mínimo, 40 cmH₂O, enquanto no termo de referência está especificado de 0 a 20 cmH₂O. Além disso, o modo de operação do ventilador está descrito como 'durante o transporte dentro do hospital', mas é necessário que o ventilador seja adequado tanto para operação estacionária.

Anápolis/GO, 14 de março de 2025.



Paulo Henrique Prado Silva
Engenheiro Clínico da Santa Casa
SCMA