

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do projeto: Investimento	Período de execução:	
	Início: 03/2023	Término: 03/2024
Identificação do objeto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Santa Casa de Anápolis		
Justificativa: A Santa Casa de Anápolis (SCA) é um hospital geral, mantido pela Fundação de Assistência Social de Anápolis (FASA), que há 76 anos se dedica à prestação de serviços de assistência à saúde para a população e tem como missão <i>"Cuidar de nossos pacientes de maneira humanizada, sustentável e transparente"</i>. É certificada pelo Ministério da Saúde (MS) como Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS/Saúde), declarada Entidade de Utilidade Pública Municipal e Estadual. A Instituição possuiu duas unidades, sendo uma o Hospital, o outro o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e, em breve será inaugurado, o Centro de Radioterapia. Hoje a SCA se configura como o maior centro materno infantil e maior centro oncológico do Interior de Goiás. Com princípios e valores sólidos, por um lado se dedica ao desenvolvimento técnico de seus profissionais, do parque tecnológico e no aprimoramento contínuo dos processos e indicadores de qualidade, mas por outro lado, não abre mão de um atendimento humanizado, com aquela atenção e carinho que buscam responder aos anseios mais íntimos de nossos clientes. A Instituição é referência na prestação de serviços de média e de alta complexidade para o centro-norte do estado, que compreende mais de 60 municípios e conta com mais de 1,3 milhão habitantes. É habilitada pelo Ministério da Saúde e referência no Estado para vários serviços: Maternidade/Rede Cegonha: Figura hoje como a maior maternidade do interior e a segunda maior do estado de Goiás, é especializada em gestação de alto risco, tendo realizado mais de 95% dos partos dessa categoria em 1/4 do estado; UNACON: Importante centro estadual de tratamento oncológico, desde a prevenção, diagnóstico, intervenção cirúrgica, quimioterapia e em breve radioterapia; UTIs: conta com 46 leitos de terapia intensiva, sendo 20 leitos em UTI Adulto, 26 leitos de UTI		



Neonatal e Pediátrica (os únicos do centro-norte do estado);

Centro Cirúrgico Geral: oferta cinco salas cirúrgicas, atendendo a diversas especialidades como: traumato-ortopedia, cirurgia torácica, pediátrica, neurológica, oncológica, ginecologia, obstétrica, entre outras;

AME (Ambulatório Médico de Especialidades): que ocupa uma área física de aproximadamente 3.000 metros quadrados dedicados ao atendimento de pacientes 100% SUS que recebem assistência ambulatorial (não internados).

A Instituição está inscrita no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), possui diversas habilitações junto ao Ministério da Saúde, possui infra-estrutura, equipamentos de alta tecnologia, equipe de recursos humanos qualificada, conforme Anexo III – Ficha resumida do CNES. Ou seja, a Santa Casa de Anápolis possui experiência comprovada e possui capacidade gerencial, técnica e operacional.

Mas, o Hospital ainda conta com um parque tecnológico obsoleto, defasado, carente de modernização e de acréscimo de alguns equipamentos, principalmente para atender a demanda de procedimentos de Média e Alta Complexidade. É para modernizar parte do parque tecnológico que o Hospital que a Instituição propõe comprar com esse recurso os seguintes equipamentos: incubadora neonatal, monitor multiparâmetro, incubadora neonatal de transporte, berço acrílico, aparelho de fototerapia neonatal, aspirador cirúrgico portátil, balança digital, poltrona, oxímetro de pulso, mesa cirúrgica e cardioversor – mapa de cotação em anexo (valores poderão sofrer alterações após o prazo de validade dos orçamentos) O impacto desse investimento será percebido diretamente na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, no salvamento da vida de centenas de recém nascidos no Hospital anualmente contará como suporte incubadora logo após o nascimento, sem o suporte de UTI Neonatal, aproximadamente 90% dos recém-nascidos prematuros não sobreviveriam, conforme estudos científicos.

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Leitos	Meta
Internação - taxa de ocupação leitos oncológicos	5	> ou = a 85% - mês
Cirurgias oncológicas	5	10 cirurgias / mês
Diárias de internações pediátricas	2	30 diárias / mês
O Hospital possui capacidade instalada disponível para o cumprimento das metas, conforme CNES.		

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Descrição	Quantidade realizada/mês
Atendimento de urgência/emergência em oncologia	50
Atendimento ambulatorial – consultas oncológicas	100
Atos não médicos – odontologia pra UTI (profissional contratado)	30
Atos não médicos – Fisioterapia (profissional contratado)	30

6 – VALOR DO PROJETO

Valor global: R\$ 300.000,00 (trezentos mil)	Valor mensal: R\$ 300.000,00 (trezentos mil) – parcela única
--	--

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO: 2023		ANO: 2024	
Mês	Valor em R\$	Mês	Valor em R\$
Janeiro		Janeiro	
Fevereiro		Fevereiro	
Março		Março	
Abril		Abril	
Maio	300.000,00	Maio	
Junho		Junho	
Julho		Julho	
Agosto		Agosto	
Setembro		Setembro	
Outubro		Outubro	
Novembro		Novembro	
Dezembro		Dezembro	

8 – OBRIGAÇÕES

8.1 – Da concedente

- I – Realizar o repasse dos recursos, na modalidade fundo a fundo, conforme cronograma de desembolso;
- II – Suspender os repasses em caso de não prestação de contas.



8.2 – DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- I** – Firmar instrumento jurídico com a unidade assistida para viabilizar os repasses de recursos financeiros recebidos da Concedente, conforme o caso;
- II** – Realizar os repasses dos recursos recebidos da Concedente à Unidade Assistida em até 5 (cinco) dias úteis, a contar do crédito do montante no Fundo Municipal de Saúde, conforme o caso;
- III** – Garantir o acesso aos serviços de saúde descritos no quadro de metas;
- IV** – Não utilizar os recursos disponibilizados para execução do projeto em:
- a - taxas ou comissões de administração, gerências ou similares, ou, ainda, gratificações, consultorias, assessorias técnicas ou de qualquer espécie de remuneração adicional a servidor ou contratado que pertença aos quadros do beneficiário, de órgãos ou de Administrações Públicas Federal, Estaduais ou Municipais;
 - b - pagamento de aposentadorias e pensões;
 - c - assistência a saúde que não atenda ao princípio da universalidade;
 - d - finalidade diversa do objeto ou da forma estabelecida do plano de trabalho, ainda que em caráter de emergência;
 - e - atribuições de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
 - f - despesas com publicidade;
 - g - despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualizações monetárias, inclusive referentes a pagamentos e recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses constantes de legislações específicas; e
 - h - despesas em data anterior ou posterior a vigência do plano de trabalho, quando a ação não for de caráter continuado.
- V** – Franquear o acesso aos componentes do Sistema Nacional de Auditoria do SUS a qualquer momento ou época, independente de aviso prévio;
- VI** – Realizar a prestação de contas da utilização dos recursos;
- VII** – Movimentar os recursos recebidos do Plano em conta-corrente aberta especificamente para este fim.



9 – DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

A Prestação de Contas, parcial ou final, relativa aos repasses por meio de Portaria, na modalidade fundo a fundo, é obrigatória, conforme disposto em legislação específica e suas alterações. A Prestação de Contas Parcial consiste na documentação a ser apresentada para comprovar a execução de uma ou mais parcelas recebidas quando os recursos forem liberados na forma de parcelas ou após 6 (seis) meses da sua transferência. Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a prestação de contas parcial referente à primeira parcela é condição para a liberação da terceira e a prestação referente à segunda, para a liberação da quarta, e assim sucessivamente. A Prestação de Contas Final, produto da consolidação das Prestações de Contas Parciais ou referentes ao total recebido de uma só vez, é aquela apresentada depois da consecução do objeto ou objetivos pactuados, até 60 (sessenta) dias após sua execução.

10 – DECLARAÇÃO DA UNIDADE ASSISTIDA

Na qualidade de representante legal da Unidade Assistida, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos de qualquer natureza junto a quaisquer órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Fundo Estadual de Saúde - FES, na forma deste Plano de Trabalho.

Anápolis em 07 de março de 2023.


Júlio César Gomes da Silva
Vice-Diretor da FASA

10 – DECLARAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Na qualidade de representante legal da Fundo Municipal de Saúde, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos de qualquer natureza junto a quaisquer órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Fundo Estadual de Saúde – FES, na forma deste Plano de Trabalho.

_____ em ____/____/____.

Assinatura: _____
Julio Cesar Teles Spindola
 FMS de Anápolis

11 – APROVAÇÃO DA CONCEDENTE

Ante a manifestação favorável das áreas técnicas da SES/GO envolvidas na avaliação da viabilidade de execução do presente Plano de Trabalho, conforme pareceres e despachos acostados nos autos, o Secretário de Estado da Saúde **APROVARÁ** o Plano de Trabalho por meio da homologação da Portaria a ser publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, determinando sua execução, observadas as regras da Portaria que instituiu o financiamento.

ANEXO I

ITEMS	QUANT.	QUILOR	DOINMED	FOLPLUZ	ROFAMED	SYNEMIC	VASGARDA	GOIAS MERCANTE	FABENI
INCUBADORA BASICA PARA RECEM NASCIDO (balança integrada ao leito e controle de umidade)	2	R\$ 36.166,00	R\$ 39.945,60					R\$ 1.405,30	R\$ 59.086,87
BEHCO DE INOX C/ CESTO DE ACRILICO (CLIMA)	7		R\$ 1.445,89	R\$ 1.647,00	R\$ 900,00				
MONITOR MULTIPARAMETRO 12" COMPLETO P/NEO ECG/RESP/SP02/PRV/PA/TEMP	2		R\$ 15.317,00	R\$ 14.900,00			R\$ 14.026,65		
INCUBADORA BASICA DE TRANSPORTE (UTIN, UCIINCO E UCIINCA)	1	R\$ 48.405,00	R\$ 48.270,00	R\$ 44.964,00					R\$ 62.625,56
FOTOTERAPIA MODELO LED-ROTO OLDER	4	R\$ 7.467,00	R\$ 8.997,95	R\$ 11.900,00					
ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL SUCAO DE 0 A 592MMHG	2	R\$ 1.760,00	R\$ 537,95	R\$ 990,00				R\$ 4.973,05	
BALANCA DIGITAL PARA RN	1		R\$ 973,95	R\$ 1.123,50					
POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA/ESTOFADO DE COR CINZA E ESTRUTURA METALICA NA COR CINZA	15		R\$ 2.497,95	R\$ 2.293,50	R\$ 1.150,00			R\$ 1.638,00	
DIAPMETRO DE PULSO PORTATIL UTILIZ RECARREGAVEL MID	4		R\$ 1.997,95	R\$ 2.990,00				R\$ 3.645,00	
MESA CIRURGICA ELETRICA PARA PARTO	3					R\$ 69.375,00	R\$ 07.949,77		
CARDIOVERSOR ECAFIX BRASICO C/ BATERIA MOD-048	1		R\$ 22.597,95	R\$ 28.987,00			R\$ 31.384,49		
		R\$ 102.200,00	R\$ 32.639,60	R\$ 44.964,00	R\$ 23.550,00	R\$ 69.375,00	R\$ 28.051,30		

TOTAL: R\$ 300.781,90

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 012511/2023

Data: 03/03/2023

Cliente FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS
 CNPJ 01.038.751/0001-60 IE ISENTO
 Contato Telefone 3311-3226
 E-mail compras@santacasa.org
 Endereço R VISCONDE DE TAUNAY, 134
 Cidade ANAPOLIS Bairro JUNDIAI
 CEP 75110730 UF GO

Prezado Cliente,

Agradecemos o interesse em adquirir produtos em nossa empresa. Abaixo apresentamos a Proposta Comercial conforme solicitado.

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
01	INE0206021	INCUBADORA DE TRANSPORTE C/ CARRO MACA RWT PLUS OLIDEF	1,00	48.278,0000	48.278,00

Descrição do Produto

A incubadora de transporte RWT Plus foi desenvolvida para proporcionar os recursos necessários ao transporte seguro dos recém-nascidos, oferecendo ambiente com adequado isolamento e conforto.

Além de monitorar e controlar as temperaturas do ar e do recém-nascido, a incubadora de transporte RWT Plus oferece funções opcionais inovadoras: servo controle de oxigênio e de umidade e monitoração da oximetria de pulso, contando com a mais avançada tecnologia, sistema eletrônico microprocessado, painel de controle com display gráfico colorido de 7 polegadas e programação dos parâmetros através de touchscreen e botão rotativo.

- Incubadora para transporte e remoção de recém-nascidos e prematuros
- Painel de controle integrado, com display de cristal líquido colorido de 7 polegadas touch screen;
- Modo de operação: Manual (controle da temperatura do ar) e RN (servo controle para temperatura da pele do paciente);
- Indicação digital das temperaturas do AR, do RN e desejada, umidade relativa do ar, data e hora;
- Alarmes principais: ar quente, ar frio, falta de energia (rede), falta de energia (bateria), falta de circulação, sobreaquecimento, falha no sistema, bateria descarregada, polaridade da alimentação externa invertida, hipotermia, hipertermia e sensor RN desconectado;
- Baixo nível de ruído interno;
- Cúpula em acrílico com parede dupla, quatro passagens para tubos, manga íris e tampas frontal e lateral para acesso ao paciente;
- Corpo em plástico de alta resistência, sem cantos vivos e com acabamento liso;
- Portinholas ovais removíveis e autoclaváveis;
- Válvula limitadora de oxigênio com microfiltro;
- Sistema de umidificação incorporado;
- Ampla linha de complementos, consulte-nos para mais informações.



Material Disponível para envio Imediato

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 012511/2023

02	FTR111	FOTOTERAPIA LED C/ PEDESTAL LEDPHOTO OLIDEF	4,00	8.997,9500 35.991,80
----	--------	---	------	----------------------

Descrição do Produto

Fototerapia LED c/ Pedestal LedPhoto - Olidef

- Equipamento de fototerapia compacta, microprocessada e de alta intensidade para tratamento da icterícia neonatal, com baixo consumo de energia.
- Utiliza LEDs de alta potência para emissão de luz azul, espectro de radiação focado entre 450 e 460 nm, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelho, com foco de luz com alta irradiação tanto na parte central quanto nas extremidades, sem necessidade de filtros ópticos.
- Baixa emissão de calor para o paciente.
- Possui sistema de iluminação que utiliza LEDs de alta potência na
- Sistema de ventilação forçada.
- Painel de controle microprocessado, com teclado de membrana e display de cristal líquido alfanumérico com informações em português e iluminação de fundo, que permite a visualização dos parâmetros mesmo em ambientes escuros.
- Permite controle da intensidade da luz azul de 0 até 100% e programação de ciclo de exposição do paciente.
- Possui indicador de tempo de exposição do paciente e tempo de funcionamento dos LEDs.
- Possui indicação de temperatura ambiente, data e hora.
- Permite o armazenamento de irradiâncias e visualização dos valores previamente armazenados.
- Suporte com base dotada de 4 rodízios com freio, com ajuste de altura, ideal para atendimento a pacientes acomodados em berços aquecidos, incubadoras e bercinhos simples.
- Coluna e base com pintura epóxi em pó eletrostático e tratamento anticorrosivo.
- Permite ajuste da fonte de luz por movimentos de rotação, inclinação e ajuste de altura.
- Possui 4 ventosas para instalação da fototerapia diretamente sobre a cúpula de acrílico.
- Fácil acesso para limpeza e substituição dos LEDs e sistema de exaustão.

Principais alarmes:

- Falta de energia
- Falha no sistema

Especificações Técnicas:

- Controle de intensidade de 0% (LEDs desligados) até 100%, com intervalos de 10%.
- Alimentação elétrica: 127 / 220Vac (seleção automática) - 50/60Hz
- Quantidade de LEDs:
- Azuis: 15
- Brancos: 4
- Ruído < 50dBa
- Vida útil estimada para a fonte emissora de luz (LEDs): 20.000 horas
- Potência elétrica total: 65W
- Dimensões do foco luminoso emitido a 30 cm: 40 x 30cm
- Intensidade média no centro do foco luminoso a 30 cm: 56µW.cm²/nm
- Dimensão aproximadas da caixa plástica da fonte de luz: 13 x 50 x 20 cm
- Altura: ajustável entre 100 e 140 cm
- Peso aproximado: 30kg (com ajuste de altura e base com rodízios)

Imagens meramente ilustrativas.



Material Disponível para envio Imediato

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 012511/2023

03	ASP0010218033	ASPIRADOR PORTATIL 1,3 L ASPIRAMAX MA-520 OMRON	2,00	537,9500	1.075,90
----	---------------	--	------	----------	----------

Descrição do Produto

Aspirador Cirúrgico Portátil 1,3 litros Aspiramax - NS
Ideal para uso em clínicas médicas e odontológicas. Motor equipado com protetor térmico que atua como dispositivo de segurança, garantindo maior vida útil ao aparelho. Funcional, compacto, não requer manutenção e lubrificantes.

Características Gerais:

- Aspiração regulável de 0 a 23" Hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade;
- Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico;
- Fácil limpeza e higienização;
- Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio;

Especificações Técnicas:

- Capacidade do recipiente : 1,3 litros;
- Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (VCA);
- Frequência: 60Hz;
- Consumo: 70W;
- Sistema: Diafragma
- Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável);
- Válvula automática de nível;
- Capacidade de aspiração: 20L/Minuto (Fluxo livre);
- Dimensões da embalagem: CxLxA = 35,5cm x 17,5cm x 22,5cm;
- Peso total com embalagem: 2,6kg.

Conteúdo da Embalagem:

- 01 (uma) Unidade de aspiração (Aspirador Cirúrgico Portátil 1,3 litros Aspiramax - NS);
- 01 (um) Tubo de sucção;
- 01 (uma) Extensão;
- 01 (um) Recipiente;
- 01 (uma) Tampa
- 01 (um) Manual de instruções.

Imagens meramente ilustrativas.



Material Disponível para envio Imediato

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 012511/2023

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
04	BAW0913055	BALANCA ELETRONICA PEDIATRICA 15KG C/ CONCHA PVC 109E WELMY	2,00	973,9500	1.947,90

Descrição do Produto

Capacidades 15 kg com divisões de 5 g / ou 30 kg com divisões de 10 g;
 Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes;
 Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura;
 Estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado;
 Pés reguláveis em borracha sintética;
 Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;
 Função TARA até capacidade máxima da balança;
 Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;



Material Disponível para envio Imediato

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

05	OXI201609002	OXIMETRO PORTATIL C/ CURVA UT-100 MD	10,00	1.997,9500	19.979,50
----	--------------	--------------------------------------	-------	------------	-----------

Descrição do Produto

Oxímetro Portátil com Curva UT-100 - MD

Características:

- Visor LCD colorido de alta resolução;
- Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal;
- Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências;
- Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis;
- Memória interna dos eventos e conexão USB para computador;
- Software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional não incluso);
- Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas;
- 08 polegadas display e rotação da tela;
- Confiável para medir spo2 e pr;
- Tendência de armazenamento de dados de tempo até 120 horas;
- Alarme visual e sonoro;
- Três modos de funcionamento;
- Quatro modos de exibição;
- Dados podem ser transferidos para o pc para análise de revisão e impressão;
- Apenas 258 gramas com células;
- Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8cm.

Especificações técnicas:

Spo2:





CNPJ: 01.505.499/0002-32

IE: 0621994280173

AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800, COQUEIROS

BELO HORIZONTE/MG CEP: 30881202

Fone: (31) 3074-3801

E-mail: vendas7@dormed.com.br

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 012511/2023

Gama: 0-100%;
Precisão: +/-2% em 70-100%;
Resolução: 1%.
Taxa de pulso:
Gama: 30-250bpm;
Precisão: +/- 2% em 30-250bpm;
Resolução: 1%.
Fonte de alimentação:
100-240v ac, 47-63hz.
Temperatura de funcionamento: 0 para 45°C;
Armazenamento temp: -20 para +60°C;
Umidade relativa do ar: 30-90% (operacional);
10-95 % (armazenamento).
Conteúdo da Embalagem:
- 01 (um) Oxímetro Portátil com Curva UT-100;
- 01 (um) Sensor de SpO2 reutilizável adulto;
- 04 (quatro) Baterias Ni-MH recarregáveis;
- 01 (um) Capa de proteção com suporte;
- 01 (um) Fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC);
- 01 (um) Manual de operação.
Imagens meramente ilustrativas.

Envio em até 15 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 012511/2023

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
06	CAM0410004	CAMA P/ PARTO MOTORIZADA PPP DSM-2555 DESEMATEC	3,00	16.595,0000	49.785,00

Descrição do Produto

- Cama de parto hospitalar Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3mm perfilados em U;
- Base tubular 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados;
- Estrado articulado em chapa de aço de 1,0 mm de espessura;
- Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possui acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica;
- Duas grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e pesseira, dotada de sistema giratório e retráteis que permitem o giro para abaixo do leito, blindados com proteção IPX6 e de tecnologia alemã atuando em 110 / 220 volts (bivolt) por comando manual elétrico (controle remoto);
- Suporte móvel reforçado para apoio dos pés, de fácil manipulação, prático e seguro;
- Tanque de placenta, em aço inoxidável, facilmente removível, para aparar e conter os fluídos durante o parto;
- Complemento para os pés, facilmente removível, e com encosto para permitir que fique disposto na posição vertical quando fora de uso;
- Quando removido, permite o acesso do(a) obstetra para execução adequada do parto;
- O complemento fica firmemente instalado ao conjunto através de engate rápido, permitindo a utilização como cama hospitalar;
- Colchão Tripartido, em espuma de PU de alta densidade, apresenta formas que propiciam o uso confortável como cama, assim como o acesso adequado do(a) obstetra no instante do parto, além fácil assepsia;
- Braços laterais de esforço rebatíveis, que serão utilizados como barra de esforço durante o parto, para proporcionar a firmeza necessária à parturiente no procedimento de esforço para expulsão do recém-nascido, escamoteáveis para quando não estiver sendo utilizado;
- Braços laterais de proteção rebatíveis para conter o corpo da parturiente.
- Arco de sustentação removível, que permite à parturiente alterar a posição das mãos durante o esforço do parto humanizado (cócoras);
- Apoios das coxas, removíveis e ajustáveis, que possibilitam o posicionamento confortável da parturiente durante certos procedimentos no parto, construídos com alma de alumínio e revestidos em PU integral-SKIN, macios, confortáveis e altamente resistentes;
- Acompanha Rodízios de polipropileno de 46 DIM revestidos de PVC de dureza 80 Shore A abaulado, rolamento da roda de rolamentos rígidos de esferas 6003ZZ, com freio de dupla ação em diagonal que bloqueia o giro do cabeçote acionando o travamento da roda.
- Capacidade Máxima: 250 kg;
- Dimensões: 2030x930mm;
- Altura Mínima: 450 mm;
- Altura Máxima: 800 mm;
- Peso: 85 kg.

IMAGEM ILUSTRATIVA.



Envio em até 30 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 012511/2023

07	CRD20111048	CARDIOVERSOR BIFASICO BASICO MDF-04B ECAFIX	1,00	22.597,9500 22.597,95
----	-------------	--	------	-----------------------

Descrição do Produto

O novo Cardioversor MDF04-B Ecafix BIFÁSICO é indicado para clínicas, hospitais e unidades de resgate, pois oferece em um único produto Monitor (ECG) e desfibrilador (Bifásico). Possui gabinete portátil em caixa de material sintético de alto impacto, alça de transporte, compartimento para a fixação das pás, interface USB para acesso de dados gravados (ECG, Eventos e Auto teste) e bateria interna recarregável com capacidade para ao menos 150 disparos ou 12 horas de monitoração, quando em plena carga.

Informações Técnicas:

- 03 canais de ECG / 07 derivações;
 - Tela de cristal líquido (LCD-TFT) de 7 polegadas;
 - Proteção contra descarga de Desfibrilador ò Sinal visual e sonoro da onda ôRô;
 - Monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador;
 - Armazenamento de traçados de ECG;
 - Teclado de membrana sensível ao toque;
 - Congelamento de imagem;
 - Detecção de Marcapasso;
 - Visualização dos 04 ôEventosô mais recentes e da qualidade no nível de contato entre as pás;
 - BIFÁSICO, com circuito detector de impedância e dispositivo de sincronismo com monitor de ECG para Cardioversão;
 - Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções;
 - Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externas intercambiáveis para uso adulto e infantil;
 - Possibilita utilização de pás internas para uso adulto e infantil, seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado;
 - Comandos pelas pás externas de seleção, carga e descarga de energia;
 - 02 escalas com 08 opções de energia selecionáveis (01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules, para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil e 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules, para desfibrilação externa adulto);
 - Tempo máximo de carga de 6 segundos;
 - Circuito de ôanula cargaô automático, que cancela a energia selecionada após 45 segundos, ou manual, através de tecla no painel;
 - Comando de ôAuto testeô com a checagem de 06 itens, com o armazenamento de até 09 acionamentos;
 - Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo;
 - Capacidade de armazenamento de até 100 eventos;
 - Dimensões: 30 x 30 x 25 cm;
 - Peso aproximado: 6,8 Kg.
- Conteúdo da Embalagem:
- 01 - Cabo de força tripolar;
 - 01 - Cabo paciente 05 vias;
 - 01 - Jogo de Pás externas Adulto/Infantil intercambiáveis;
 - 01 - Manual de Instruções.



Envio em até 30 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 012511/2023

08	BER05095	BERCO INOX P/ CESTO ACRILICO C/ PRATELEIRA MVM-306 MVM	7,00	1.117,8900	7.825,23
----	----------	--	------	------------	----------

Descrição do Produto

BERCO INOX P/ CESTO ACRILICO C/ PRATELEIRA MVM-306 MVM

- Estrutura fixa em tubo de aço inox AISI 304 7/8 pol. x 1,20mm;
- Prateleira abaixo em chapa de aço inox AISI 430 de 0,80mm;
- Pés com rodízios de 2 pol. em material termoplástico;
- Dimensões: 0,80 x 0,41 x 0,87m (CxLxA).

Envio em até 45 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade



09	CBH0102	CESTO TIPO CUNA P/ BERCO ACRILICO MENAF	7,00	328,0000	2.296,00
----	---------	---	------	----------	----------

Descrição do Produto

Cuna de acrílico transparente retangular para colocação no suporte do berço

Medidas Aproximadas: 75 x 43 x 21 (C x L x A)

Peso: 0,800 Kg

Envio em até 45 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade





CNPJ: 01.505.499/0002-32

IE: 0621994280173

AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800, COQUEIROS

BELO HORIZONTE/MG CEP: 30881202

Fone: (31) 3074-3801

E-mail: vendas7@dormed.com.br

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 012511/2023

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
10	MON0344006	MONITOR MULTIPARAMETRO 12.1" DAVID C/ PI CMOS DRAKE -ACESSORIOS NEONATAL	2,00	19.317,0000	38.634,00

Descrição do Produto

MONITOR MULTIPARAMETRO 12" DAVID C/ PI CMOS DRAKE

Envio em até 45 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

11	POL03152	POLTRONA RECLINAVEL (LUXO) DESTAK	15,00	2.497,9500	37.469,25
----	----------	-----------------------------------	-------	------------	-----------

Descrição do Produto

- Base em tubo de aço carbono de Ø1.1/4" x 1,50mm
- Estrutura em tubo de aço carbono de Ø1" x 1,20mm
- Encosto, assento e apoio para os pés, em madeira de 15mm, estofado com espuma densidade D33, revestido em couro im;
- Braços estofados articuláveis com movimentos concomitantes a inclinação do encosto;
- Movimentos acionados por manivela com manopla em PVC, por sistema mecânico em 3 posições e com retorno através de mola;
- Pés com ponteiros em PVC;
- Tinta com fixação por meio fusão térmica em processos com controle de temperatura.

Posição Normal (Fechada): 1,00 x 0,75m (CxL).



Envio em até 30 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade



CNPJ: 01.505.499/0002-32

IE: 0621994280173

AVENIDA AMINTAS JACQUES DE MORAES, 800, COQUEIROS

BELO HORIZONTE/MG CEP: 30881202

Fone: (31) 3074-3801

E-mail: vendas7@dormed.com.br

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 012511/2023

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
12	INE0102011	INCUBADORA ESTACIONARIA VERSAO 2 LINE4 OLIDEF -BALANÇA INTEGRADA	2,00	39.945,6000	79.891,20

Descrição do Produto

INCUBADORA ESTACIONARIA VERSAO 2 LINE4 OLIDEF

- Incubadora para cuidados intensivos.
- Sistema de controle de temperatura do AR (ATC) ou do paciente (ITC/servo controle).
- Sistema de umidificação servo controlado integrado, com programação até de 95% de umidade relativa do ar.
- Balança integrada ao leito com indicação de peso no painel da incubadora, permitindo a obtenção de radiografias, sem a necessidade de remoção do paciente.
- Sistema mecânico de inclinação contínua do leito.
- Suporte com rodízios de altura fixa ou ajustável.
- Certificado de acordo com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-2-19, NBR 60601-1-2 e NBR 60601-2-49.
- Ampla linha de opcionais.



Envio em até 45 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

Total Bruto dos Produtos :	R\$	345.771,73
Desconto (-) :	R\$	0,00
Total Líquido dos Produtos :	R\$	345.771,73
Frete :	R\$	0,00
Outras Despesas :	R\$	0,00
Total Geral da Proposta :	R\$	345.771,73

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O total geral da proposta deverá ser pago, A VISTA conforme estipulado abaixo:
Valores a cobrar após Confirmação do Pedido.

Parcela	Valor
01	345.771,73

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade da Proposta:	04/03/2023
Frete:	Por Conta Cliente
Assistência Técnica:	Prestada diretamente pelo Fabricante.
Garantia:	12 meses para equipamentos 3 meses para acessórios, contra defeitos de fabricação.
Instalação / Treinamento:	Não incluso

OBSERVAÇÃO:

Condição de pagamento e entrega mediante análise de estoque e crédito para faturamento.
Condições válidas para a Proposta Comercial em questão, toda e qualquer mudança deve ser informada para revisão da proposta.
A mercadoria deve ser aberta e conferida no Ato da Entrega. Não aceitaremos reclamações posteriores ao recebimento, após a assinatura da minuta de entrega e/ou canhoto da Nota Fiscal.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:	BANCO ITAU S/A	BANCO ITAU S/A
Nº Banco:	341	341
Agência:	1382	1382
Conta Corrente:	99736-7	99736-7
Favorecido:	DORMED HOSPITALAR LTDA	
CNPJ Favorecido:	01.505.499/0002-32	

DADOS PARA FATURAMENTO:

Cliente:	FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAPOLIS		
CNPJ:	01.038.751/0001-60	IE:	ISENTO
Telefone:	3311-3226	E-mail:	compras@santacasa.org
Endereço:	R VISCONDE DE TAUNAY, 134		
Bairro:	JUNDIAI	Cidade:	ANAPOLIS
UF:	GO	CEP:	75110730

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

Endereço:	RUA VISCONDE DE TAUNAY, 134		
Bairro:	JUNDIAI	Cidade:	ANAPOLIS
UF:	GO	CEP:	75110730

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DEVIDO A ALTA DEMANDA ATUAL, ANTES DE FECHAR O PEDIDO, GENTILEZA VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE, SUJEITO A LISTA DE ESPERA

Na expectativa de sua aprovação, nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e/ou solicitações.

Att.
LUANA
VENDEDOR
(31) 3074-3801



Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0



PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL FANEM®

FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS

CNPJ: 01.038.751/0001-60

Endereço: RUA VISCONDE DE TAUNAY 134 - ANÁPOLIS - GO

A/C: Cristiano

E-mail de Contato: compras@santacasa.org

Telefones: (62) 3211-9967

Prezado(a) Cristiano ,

Agradecemos vossa consulta e cordialmente apresentamos nossa proposta de venda dos produtos da marca Fanem®, conforme características e condições descritas a seguir.

Colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Informações da representação

Razão Social: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ: 05.743.288/0001-08

Karlla Roberta Cunha Barbosa - Assistente Comercial

Telefone: (62) 3241-5555

E-mail: karlla.roberta@hospcom.net

APROVAÇÃO DESTA PROPOSTA

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

ESPECIFICAÇÕES

Bilitron® Modelo 3006 BTP - 3ª Edição

Item: 1

Quantidade: 4



Imagem meramente ilustrativa

APARELHO DE FOTOTERAPIA MICROPROCESSADA DE SUPER LED – MARCA FANEM® - MODELO 3006 BILITRON® BTP

- Configuração com pedestal e braço articulável que sustenta o cabeçote para uso em incubadoras, berços aquecidos e berços comuns;
- **Equipamento certificado em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1, "Equipamento Eletromédico - Parte 1 – Prescrições Gerais para Segurança" e NBR IEC 60601-2-50 - "Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos de Fototerapia" e NBR IEC 60601-1-2 "Compatibilidade Eletromagnética".**
- **Produto Patenteado.**
- Primeira fototerapia microprocessada de grande eficácia e dimensões reduzidas;
- Utiliza cinco modernos Super LED com avançada tecnologia de fonte de irradiação no espectro azul focado em 460 nm, eliminando, comprovadamente, a necessidade dos filtros, com atenuação dos raios infravermelho e ultravioleta.
- Alta irradiação, tanto no centro quanto nas extremidades da área focada;
- Vida média estimada do módulo fonte: 50.000 horas;
- O módulo fonte é facilmente removível para limpeza e troca;
- Intensidade média no centro do foco luminoso a 30cm de distância: $39 \sim 65 \mu W/cm^2 \cdot nm$;
- Dimensões do foco luminoso: 140x70cm (distância de 300mm);
- Elevação da temperatura no corpo: $< 1,5^\circ C$ (ambiente a $25^\circ C$);
- Ruído: $< 50 dBA$;
- Caixa em plástico de engenharia, contém display alfanumérico com *back light*.
- Teclado em membrana e controle microprocessado para fácil acesso a diversas funções;
- Seus modernos controles permitem o ajuste da irradiância proporcional emitida de 0 a 100%, conforme protocolo de tratamento para o paciente, com ajuste a cada 10%. Pode-se, também, verificar o tempo de tratamento, ajustar a data e escolher o idioma;
- Totalizador de horas para a fonte emissora.
- Relógio calendário;
- Sistema de proteção contra alta temperatura do módulo fonte;

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

- Memorização das irradiações medidas manual ou automaticamente (a cada hora) para emissão de relatório;
- Saída RS232 para impressora ou computador;
- Dimensões do corpo do aparelho (L x F x A): 11,6 x 23,0 x 5,0cm
- Haste com rodízios construída em chapa de aço com pintura pó eletrostático, possui dois rodízios de 2" com freio e um rodízio de 2" sem freio.
- Por suas dimensões reduzidas, oferece fácil acesso e possibilita movimentos de rotação de 240° em torno do eixo, inclinação variável e ajuste de altura.
- Possibilita trabalhar com sistema combinado de fototerapia dupla;
- Permite a incorporação de sensor para medir a irradiância através de tomada incorporada;
- Menor consumo de energia entre os aparelhos de fototerapia existentes: 42VA
- Chave liga/desliga;
- Alimentação elétrica: 127/220/240 VAC
- Cabo de alimentação;
- Frequência: 50/60 Hz
- Registro ANVISA: 10224620049
- Configuração com haste móvel e base sobre rodízios
- Altura máxima de 150,0cm e mínima de 105,0cm;
- Dimensões da base (L x P): 55,0 x 67,0cm
- Ref.: 006.018.900 BTP.

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: Bivolt

Dimensões: 11,6 x 23,0 x 5,0 cm

Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.049

Referência: 006018900

Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
4	R\$ 6.838,00	R\$ 27.352,00

Incubadora de Transporte IT 158 TS

Item: 2

Quantidade: 1



Imagem meramente ilustrativa

INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA RECÉM-NASCIDOS - MARCA FANEM® - MODELO IT-158 TS

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

- Proporciona todos os requisitos de isolamento e temperatura, umidade e concentração de oxigênio no interior da cúpula em condições uniformes, dentro de parâmetros normatizados, garantindo a remoção do paciente de forma segura e eficiente;
- **Equipamento certificado em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1, "Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança" e NBR IEC 60601-2-20, "Prescrições Particulares para Segurança de Incubadoras de Transporte" e NBR IEC 60601-1-2 "Compatibilidade Eletromagnética"; NBR IEC 60601-1-8, "Requisitos gerais para segurança e desempenho" e NBR IEC 60601-1-6, "Regras de segurança para os equipamentos eletromédicos".**
- **O equipamento também está aprovado conforme as seguintes Normas:**
 - "IEC 801-2 - Descarga Eletrostática"
 - "IEC 801-3 - Suscetibilidade Radiada"
 - "CISPR 11 - Emissão Radiada e Conduzida"
 - "IEC 1000-4-4 - Suscetibilidade a Transientes Elétricos Rápidos Trens de Pulsos - ET&B"
- Câmara de isolamento com cúpula de parede dupla em toda a superfície para reduzir as perdas de calor radiante, construída, totalmente, em acrílico transparente, de qualidade óptica, que proporciona total visualização do paciente. Base em material plástico, leve e de alta resistência.
- Porta de acesso frontal e posterior: Ambas com paredes duplas, com ampla abertura e duas portinholas em cada porta (04 portinholas), todas com dispositivos de abertura e fechamento com desengate rápido "toque de cotovelo", com punhos elásticos e guarnições de material atóxico. Lavável.
- Porta de acesso lateral: Permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o para fora quando das manobras de intubação mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo, através de trilhos com trava de segurança. Possui portinhola tipo íris com sistema de abafadores de ar duplos de silicone, para passagem de tubos e acesso cranial.
- Todas as portas de acesso e a cúpula são vedadas com guarnições de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara.
- Possui quatro entradas flexíveis, na cúpula, para cabos e sondas, sem oclusão.
- Todo o conjunto é facilmente desmontável para limpeza e assepsia, inclusive a base superior, através de quatro travas de engate rápido.
- Sistema de circulação de ar que propicia a uniformização interna da temperatura e evita o acúmulo de dióxido de carbono na câmara de isolamento. O ar é admitido para dentro da câmara e microfiltrado com nível de retenção de 0,5 micron. Aquecimento através de resistência de grande superfície e alta durabilidade, antipirólítica, evitando que o éter expirado pelos recém-nascidos pós-operatórios ou o álcool utilizado em seus cuidados convertam-se em ácido fórmico.
- Entrada de oxigênio que permite concentrações de 21% até 90% com pré-aquecimento do gás na resistência da incubadora, bem como sua umidificação.
- Dois suportes do tipo aberto para cilindros de oxigênio/ar, tamanho E, dispostos nas laterais da base, permitindo a instalação e remoção manual dos cilindros, sem a necessidade de uso de ferramentas. Evitam o acúmulo de gases em caso de vazamento pelos cilindros.
- Baixo nível de ruído (<60dBA), motor e ventilador de desenho balanceado para reduzir ao mínimo nível a interferência durante a auscultação estetoscópica do R.N.;
- Iluminação interna auxiliar de LEDs, anti-ofuscante, montada sobre haste flexível, que permite melhor visualização nos procedimentos com o R.N. e o posicionamento adequado à inclinação da cúpula;
- Leito do paciente em material plástico, atóxico e resistente.
- Colchão de espuma de densidade, adequada ao conforto do paciente, de material atóxico e auto-

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

extinguível, coberto com capa removível para limpeza e desinfecção, também de material atóxico e auto-extinguível, sem costura, prensada, evitando acúmulo de resíduos e com abertura numa das extremidades.

- Dois cintos de segurança do paciente em material macio e resistente, de fácil ajuste.
- Chave geral de segurança e fusíveis de proteção para AC e DC;
- Umidificação autônoma incorporada à incubadora, através de espuma de retenção de água instalada sob o leito do colchão. Não necessita de injeção externa de gás para umidificar a câmara do paciente.
- Para-choque circundante que protege todo o perímetro da incubadora; Alças de empunhaduras bilaterais para locomoção do equipamento;
- Instruções de uso mais importantes e tabela de concentrações de O₂ estão claramente indicadas no corpo do aparelho;

PAINEL DE CONTROLE:

- Com membrana de policarbonato, de fácil limpeza, que evita a penetração de líquidos, com teclas tipo 'toque suave'. Controles totalmente microprocessados para modo de controle de temperatura opcional: manual (ATC) ou servo-controlado através de sensor conectado à pele do paciente (ITC).
- Sistema de autoteste automático de todas as funções;
- Alarmes audiovisuais: falta de energia (acionado por bateria NiCd recarregável); falta ou desconexão do sensor de pele do painel e desalojamento do paciente; falta de ventilação, Hipotermia e Hipertermia (para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste); Alta e baixa temperatura do ar para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação a temperatura de ajuste, limitada a 40°C; Nível baixo de bateria; Polaridade da alimentação externa invertida;
- Indicação do nível de potência da resistência de aquecimento e do modo de potência (AC ou DC).
- Indicação das temperaturas do ar e da pele e temperaturas de ajuste, por display de sete segmentos, de alta luminosidade, permitindo fácil leitura, inclusive para ambientes com pouca luminosidade.
- Teclas de acréscimo e decréscimo das temperaturas, com ajuste de precisão de 0,1°C, com bip e alerta para informação do procedimento de ajuste; Nas faixas: temperatura do ar de 20°C a 39°C e na temperatura de pele de 34°C a 38°C;
- Tecla inibidora de alarmes;
- Tecla para operar com temperaturas, de ar e pele, maiores que 37,5°C;
- Desligamento automático do aquecimento para temperatura superior ou igual a 39°C;
- Retenção de memória do último valor programado da temperatura;
- Módulo vital composto de duas baterias seladas de 12 V DC e carregador automático do tipo flutuante que evita excesso de corrente de carga, prolongando sua vida útil.
- Entrada de alimentação auxiliar de 12V
- Autonomia com carga total das baterias: 4 horas
- A incubadora pode operar em 127 V AC ou 220 V AC (a escolher) e com a própria bateria de 12 VDC, o que ocorre automaticamente quando desconectada da rede elétrica, ou ainda outra fonte de alimentação externa compatível (bateria do veículo de transporte) com alarme audiovisual de inversão da polaridade da bateria;
- Acompanha um sensor de temperatura de pele, com tomada tipo DIN; Cabo de alimentação para 12 VDC para ligação em fonte externa, com conector tipo 'acendedor de cigarros'; Cabo de alimentação elétrica, conforme norma;
- Medidas externas (LxPxH): 56,5 x 102 x 118 cm.
- Potência elétrica prevista 180 W (AC) ou 15 W (DC).
- Frequência: 50/60Hz
- Registro ANVISA: 10224620035

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: Bivolt

Dimensões: 56,5 x 102 x 118 cm

Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.035

Referência: 158002900

Sessão de Acessórios, Opcionais ou Consumíveis**Suporte de Soro**

Qtd	Código	Descrição
1	058061600	Suporte de soro de altura ajustável.

Carro de Transporte c/ Ajuste de Altura em Três Níveis

Qtd	Código	Descrição
1	158059600	Carro de transporte com ajuste de altura em três níveis, estrutura em alumínio anodizado, quatro amortecedores pneumáticos e quatro rodízios de seis polegadas (6") de diâmetro, de banda larga e com freios. Dispositivo para rápido desengate da estrutura.

Cilindro de O₂ | Tipo "E" norma DOT-3-AL alumínio | s/ válvula redutora (Padrão ABNT 218-1)

Qtd	Código	Descrição
1	158195600	Cilindro de O ₂ , tipo "E" norma DOT-3-AL (alumínio), com válvula de fechamento, sem válvula redutora.

Cilindro de Ar Comprimido | Tipo "E" norma DOT-3-AL alumínio | s/ válvula redutora (Padrão ABNT 204-1)

Qtd	Código	Descrição
1	158197600	Cilindro de ar comprimido, tipo "E" norma DOT-3-AL (alumínio), com válvula de fechamento, sem válvula redutora.

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

Válvula redutora p/ cilindro de O2 c/ manômetro e fluxômetro ABNT 218-1 (Nacional)		
Qtd	Código	Descrição
1	000601020	Válvula reguladora para cilindro de O2, com manômetro e fluxômetro.
Válvula redutora p/ cilindro de Ar comprimido c/ manômetro e fluxômetro ABNT 204-1 (Nacional)		
Qtd	Código	Descrição
1	000625020	Válvula reguladora para cilindro de Ar comprimido, com manômetro e fluxômetro.
Kit suporte prateleira auxiliar em aço inox		
Qtd	Código	Descrição
1	158177600	Kit suporte prateleira em aço inoxidável, para monitores, respiradores, bombas de infusão, etc., capacidade para 10 Kg e dimensão de 27 x 70 cm.
Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
1	R\$ 62.625,56	R\$ 62.625,56

**Incubadora para Recém-Nascidos
1186 C | 220V - C/ Servo O2**

Item: 3

Quantidade: 2



Imagem meramente ilustrativa

INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS, MARCA FANEM®, MODELO 1186, COM SERVOCONTROLE DE TEMPERATURA e UMIDADE. (PAINEL LCD)

- A linha de incubadoras FANEM® 1186 traz a mesma confiabilidade e qualidade dos produtos fabricados pela FANEM LTDA. Apresenta concepção modular, com ampla gama de acessórios opcionais para atender às necessidades do hospital em seus diversos setores, níveis de complexidade e métodos de tratamento empregados, otimizando a utilização dos equipamentos pelos profissionais de saúde;
- Com os fatores de temperatura, de umidade e, opcionalmente, de concentração de oxigênio controlados

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

precisamente, em condições equilibradas e estáveis, possibilita o aquecimento do R.N. através de um ambiente de circulação controlada do ar e distribuição uniforme do calor, com perfeito isolamento contra os agentes contaminantes externos através da admissão de ar e oxigênio microfiltrados, garantindo a estabilidade e uniformidade da temperatura do ar que incide sobre o paciente. A balança radiotransparente, opcional, acoplada ao leito permite a pesagem e a radiografia sem remover o paciente da incubadora, proporcionando conforto e proteção efetiva contra o estresse térmico, mesmo para prematuros extremos, com redução do tempo de internação. A redução dos eventos adversos no tratamento e a extrema redução das perdas calóricas são conseguidos pela atuação do sistema de alta umidade servocontrolada que faz parte do equipamento. Permite, ainda, a instalação de oxímetro de pulso de alta confiabilidade para R.N.

- Possibilita diferentes concentrações de oxigênio e possui sistema de controle da temperatura do ar interno (ATC) e para temperatura cutânea do R.N. (ITC);
- Equipamento certificado em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 (Equipamento Eletromédico - Prescrições Gerais para Segurança); NBR IEC 60601-2-19 (Prescrições Particulares para Segurança de Incubadoras para Recém Nascidos); NBR IEC 60601-1-2 (Compatibilidade Eletromagnética), NBR IEC 60601-2-49 (Requisitos particulares para segurança básica e desempenho de equipamentos multifuncionais de monitoração de pacientes); NBR IEC 60601-1-6 (usabilidade) e NBR IEC 60601-1-8 (Requisitos gerais).
- Equipamentos de acordo com a 3 edição da Norma serie IEC 60601.
- Cúpula: em acrílico transparente de excelente qualidade óptica e paredes duplas nas faces frontal, posterior e superior para reduzir as perdas de calor por irradiação, com 05 portinholas ovais de abrir com os cotovelos, fechadas sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara. As paredes internas são removíveis manualmente para a limpeza.
- Portinhola na lateral direita, para retirada de materiais. Portinhola do tipo 'Íris', na lateral esquerda, que permite a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente;
- Portas de acesso frontal e posterior, com paredes duplas, rebatíveis em toda a extensão da incubadora, permitem atuação completa e rápida pelos dois lados da incubadora, diminuindo a necessidade de deslocamento incômodo do paciente, além de permitir que dois operadores atuem ao mesmo tempo sobre o leito nos procedimentos muito críticos e especiais;
- Oito passa-tubos permitem o acesso, em dois níveis, de cabos e circuitos para o paciente pelos quatro cantos da cúpula com seu melhor posicionamento em relação ao paciente e às fontes, evitando dobras, desconforto, desconexão e outras não-conformidades ocasionais;
- Trava de segurança da cúpula disposta na lateral direita, que sustenta a cúpula aberta;
- Leito do paciente: em material plástico, atóxico e radiotransparente, permite o procedimento de radiografia sem remover o paciente. Atuadores externos e frontais de aço inox para posicionar o leito em 04 posições distintas: Trendelenburg, Procline, Horizontal alta e baixa, sem abrir a cúpula, não alterando as condições de isolamento e estabilidade;
- Deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança;
- Colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; Capa de materiais atóxicos e auto-extinguível, de fácil limpeza e desinfecção; Dimensões de 34 x 63 cm;
- Base: constituída de caixa externa e câmara interna, totalmente elaboradas em alumínio tratado e pintadas com processo de pintura eletrostática e tinta epóxi especial, para otimizar a manutenção da temperatura e permite baixo consumo de energia.
- Limpeza: Internamente não apresenta cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção. Não necessita de ferramentas. As peças são movidas manualmente para dar acesso total às superfícies que têm contato com o ar.

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

UNIDADE CONTROLADORA MICROPROCESSADA:

- Removível por sistema de duplo engate rápido, de fácil acesso para manutenção e calibração, alojando os circuitos eletrônicos, motor/ventoinha, elemento aquecedor e fusíveis de proteção. Plugue da tomada de alimentação localizado de tal forma a assegurar que o painel não possa ser removido sem antes interromper a corrente elétrica;
- Utiliza alto nível tecnológico em sua plataforma de operação, de alta confiabilidade e performance, proporcionando fácil interação que garante ao usuário controle seguro de todos os parâmetros operacionais sintetizados em um único painel que apresenta o servocontrole das temperaturas e da umidade e permite a incorporação de módulos operacionais para servocontrole da concentração de oxigênio, balança e oximetria de pulso. Display LCD luminoso (Cristal Líquido com Back-Light) com tela de menus;
- Informações do display programáveis para português, inglês e espanhol;
- Menu digital para manutenção preventiva;
- Sensor de temperatura de pele, com tomada tipo DIN com trava; Sensor de umidade;
- Sistema de autoteste automático de todas as funções;
- Alarmes audiovisuais programáveis: hipotermia e hipertermia, para variações maiores ou iguais a 1,0°C em relação à temperatura de ajuste; baixa temperatura do ar, para variações maiores ou iguais a 3,0°C em relação à temperatura de ajuste; alta temperatura do ar, para variações maiores ou iguais a 1,5°C em relação à temperatura de ajuste; Alta umidade;
- Alarmes audiovisuais fixos: Alta temperatura em 39°C ou 40°C, de acordo com modo de operação; falta de energia (acionado por bateria NiCd recarregável); falha de energia; falta ou desalojamento do sensor no paciente; falha na ventilação de ar na cúpula; falha no sistema; falha de aquecimento. Falta de água; sensor de umidade desalojado;
- Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema redundante de segurança;
- Tecla para silenciar alarmes;
- Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, com resolução de 0,1°C, e para umidade relativa, com resolução de 1% UR;
- Precisão termostática de controle de +/- 0,2°C;
- Retenção em memória dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia;
- Entrada para sensor de temperatura auxiliar opcional Ref.:092.072.600, permite a monitorização da temperatura periférica do paciente pela própria incubadora;
- Indicação do nível de potência proporcional do elemento aquecedor;
- Painel frontal com teclado em membrana que evita a penetração de líquidos: Sistema Inteligente de Controle, com as funções do teclado de acordo com as funções visualizadas no display; Seleção de modo de operação, travamento de teclado;
- Apresentação das curvas de tendência (display Trend) para as temperaturas do ar e da pele e umidade relativa para as últimas 24 horas de operação, podendo ser reprogramadas para 4 ou 8 horas.
- Indicação de data e horário, além do tempo de operação;
- Ajuste de temperatura de 20,0 a 39,0°C (ATC) e de 34,0 a 38,0°C (ITC); Tecla para procedimentos com temperaturas especiais, entre 37,1° e 39,0°C, modo ar, e entre 37,1° e 38,0°C, modo pele, com sinalizador luminoso amarelo, conforme norma;
- Sistema programável de umidade servo-ativa, ajustável de 30% a 95%, integrado à incubadora de controle contínuo, proporcionando um ambiente estável na câmara do paciente com distribuição uniforme do calor;

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

Umidade autônoma: não necessita de injeção externa de gás para gerar umidade; Autonomia de 24 horas @ 95%UR. Reservatório plástico removível e autoclavável;

- Permite o reabastecimento de água sem interromper o funcionamento normal dos parâmetros;
- A função opcional de servocontrole da concentração de oxigênio é avaliada dentro do meio ambiente da cúpula, com display Trend de 4,8 e 24 horas. No caso da balança opcional, o peso também é apresentado no mesmo painel da incubadora, inclusive em formato gráfico para até oito dias com o desenvolvimento do peso do RN;
- Para indicar quais os parâmetros que estão sendo controlados pelo equipamento, temperatura do ar, temperatura da pele, umidificação ou concentração de oxigênio, adjacente ao ajuste de controle do parâmetro selecionado, permanece uma "roda" luminosa girando. Esta "roda" é denominada "Rotações de Display";
- Saída RS-232;
- Sistema de circulação de ar que propicia a uniformização da temperatura e evita o acúmulo de dióxido de carbono na câmara de isolamento;
- Aquecedor antipirólítico: através de resistência de grande superfície e alta durabilidade, evitando que o éter expirado pelo R.N. pós-operatório ou álcool utilizado em seus cuidados convertam se em ácido fórmico;
- Ruído Interno (ambiente < 45 dBA): < 55 dBA
- Entradas de ar e de oxigênio com elementos filtrantes que evitam a passagem de partículas maiores que 0,5 micron, provendo índices de pureza da ordem de 97%;
- Válvula de admissão que permite altas concentrações de oxigênio com baixo fluxo e não descarrega o oxigênio em excesso para o ambiente externo;
- Válvula de segurança: dispositivo de proteção contra a falta de oxigênio, se a incubadora estiver sendo operada com alta concentração de oxigênio e houver qualquer interrupção no fornecimento deste, o dispositivo de segurança será acionado automaticamente para fornecer à incubadora, ar ambiente microfiltrado, evitando, assim, o acúmulo de CO2 dentro da cúpula (concentração máxima de CO2 < 0,2%);
- Materiais e alojamento: todos os materiais utilizados nesta incubadora não são ferrosos e são anticorrosivos. A pintura e os materiais plásticos não contém chumbo ou outros componentes venenosos, não exalam odores nocivos e são antialérgicos.
- Classe de Isolação I; Parte Aplicada Tipo BF; Proteção Contra Atmosferas Explosivas Não AP / Não APG; Proteção contra Penetração de Água: IPX4.
- Medidas externas (LxPxH): 107 x 56 x 137cm – Suporte de altura fixa
- Medidas externas (LxPxH): 107 x 56 x 127/147 cm – Suporte ergométrico (opcional)
- Potência elétrica prevista: 420W
- Frequência: 50/60 Hz;
- Cabo de alimentação;
- Registro ANVISA: 10224620054

Acompanha:

Kit sistema de oxigênio servocontrolado integrado à incubadora, permite que as concentrações de O2 internas à cúpula sejam constantemente monitoradas por duas células de O2, conforme norma, com o fluxo de entrada de gás regulado através de válvula de controle automático. Calibração rápida. Possui alarmes programáveis de concentrações +/-3%. Todos os controles estão contidos no próprio painel da incubadora, programável de 21% a 65%, com ajuste a cada 1%. Retenção de memória para os valores programados de ajuste e alarme em caso de falta de energia. Os dados também são indicados graficamente para as últimas quatro, oito ou vinte e quatro horas. Alarme sensor desalojado; alarme de falha no sensor; alarme de calibração de oxigênio requerida e alarme de falha a calibração.

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: 220V

Dimensões: 107 x 56 x 137 cm – Suporte de altura fixa | 107 x 56 x 127/147 cm – Suporte ergométrico (opcional)

Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.054

Referência: 093031800

Sessão de Acessórios, Opcionais ou Consumíveis**Suporte de Altura Fixa**

Qtd	Código	Descrição
1	092146600	Suporte de altura fixa SFV e quatro rodízios de 4", todos com freio.

Kit prateleira giratória G3 esquerda c/haste c/braço

Qtd	Código	Descrição
1	094062600	Composto de: • Kit haste vertical G3 c/ braço • Kit prateleira giratória G3 esquerda s/ iluminação auxiliar

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

Micro-Filtro de Ar p/ 1186/2286 Caixa c/ 4 unidades (Padrão Filtragem G7)		
Qtd	Código	Descrição
1	094200600	Filtro de ar para uso em Incubadoras Estacionárias modelo 1186 e 2286 Marca Fanem - Kit c/ 4 unidades • São filtros de ar de alta eficiência, destinados à retenção de partículas finas acima 0,4µm. O sistema de filtração do Ar que é admitido na incubadora, em conjunto com a pressão positiva do microclima da câmara, proporciona isolamento protetor ao recém-nascido. • Filtro construído em manta filtrante com a classificação de filtração F-7, conforme Norma EN 779:2012. • Recomendação de uso do filtro com substituição a cada 90 dias, conforme manual do usuário, ou de acordo com os critérios da CCIH de cada hospital. • Caixa acompanha 04 filtros embalados individualmente em saco plástico transparente e acondicionados em caixa de papelão. • Medidas do filtro F-7: 70 x 200 mm. • Item original de uso exclusivo com a Incubadora 1186 e 2286. • Registro ANVISA: 10.224.620.053 para o modelo 1186 • Registro ANVISA: 10.224.620.054 para o modelo 2286 • Referência: 094.200.600

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

Reservatório de Água para Incubadora Fanem® Mod. 1186C		
Qtd	Código	Descrição
1	093071600	Reservatório de água – 950ml
Suporte de Soro Coluna - G3		
Qtd	Código	Descrição
1	094053600	Suporte de soro de altura ajustável fixado à haste vertical. *Necessita prateleira esquerda com haste
Conjunto Gavetão (DIR) - GV		
Qtd	Código	Descrição
1	090078600	Conjunto do gavetão - GV
Kit Balança Integrada c/ Gaveta p/ Chassi Radiográfico Leitura no Painel		
Qtd	Código	Descrição
1	093100900	Kit balança integrada à incubadora 1186, configuração C, com gaveta para inserção de chassi radiográfico. Função de pesagem executada através de células de carga contidas na plataforma do leito, evitando maiores manuseios com o R.N. O peso do paciente é indicado no próprio painel de controle da incubadora, com ou sem gráfico, conforme a disponibilidade do display. Capacidade de 100 a 10.000g, precisão de indicação de +/- 4g e resolução de 2g.
Plataforma p/ Conjunto de RX s/ Balança		
Qtd	Código	Descrição
1	093072600	Plataforma para conjunto de RX sem balança Obs.: Não se aplica quando utilizado Kit balança integrado
Qtd		Valor Unitário
2		R\$ 59.088,87
		Valor Total do Item
		R\$ 118.177,74

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

Bercinho Panda® - Areia

Item: 4

Quantidade: 7



Imagem meramente ilustrativa

BERÇO PARA RECÉM-NASCIDOS MARCA FANEM® - MODELO 007P – PANDA® (PINTADO)

- Com desenho moderno e ergonômico que atende às mais avançadas requisições para alojamento e transporte intra-hospitalar, este modelo é pioneiro na tendência de humanização dos ambientes hospitalares, utilizando, pela primeira vez no mercado mundial, projeto com formas curvas e acabamentos com opções de cores diversas em tons pastéis;
- Berço com cuba removível de acrílico transparente com chapa acrílica de 04 milímetros de espessura, com elevação de altura na região da cabeça do RN, com cantos arredondados e qualidade óptica. Aba em todo o contorno que permite fácil empunhadura e reforço;
- Montado sobre estrutura tubular metálica de 1" de diâmetro, sem solda aparente, com quatro rodízios de 3", sendo dois com freios;
- Acabamento em pintura de alta qualidade sobre tratamento anticorrosivo nas cores azul, rosa, areia, verde, amarelo ou outra personalizada ou, ainda, cromado;
- Dispositivo para posicionamento Trendelenburg, Proclive e Horizontal, com trava de segurança de alta durabilidade;
- Suporte intermediário em plástico moldado, com compartimentos próprios para guarda e organização de acessórios utilizados com o R.N., como medicamentos, fraldas, algodão, etc.;
- Puxador tipo alça incorporado, para locomoção e posicionamento, permite ao operador conduzir o equipamento estando em posição ereta;
- Suporte moldado em plástico apoiado sobre a alça, com compartimentos para os materiais usados nos procedimentos diários com o R.N.;
- Colchão revestido em plástico auto extingüível atóxico e antialérgico, nas dimensões do cesto;
- Projeto com grande estabilidade e segurança para o alojamento de recém-nascido;
- Para-choque frontal;
- Estrutura aramada inferior para apoio de acessórios;
- Dimensões internas do cesto (LxPxH): 34,5 x 66,5 x 21,0 cm;
- Dimensões externas (LxPxH): 48,5 x 106,5 x 94,0 cm;
- Cadastro compulsório ANVISA: 10224620071;
- Referência: 007.010.600 – cor areia.

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: N/A

Dimensões: 48,5 x 106,5 x 94 cm

Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.071

Referência: 007010600

Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
7	R\$ 3.858,97	R\$ 27.012,78

Aspirador Cirúrgico Diapump® Colibri - DPS 60 | c/ Frasco de 5L

Item: 5

Quantidade: 2



Imagem meramente ilustrativa

ASPIRADOR CIRÚRGICO MARCA FANEM® MODELO DIA-PUMP® COLIBRI DPS60

- O Aspirador Dia-Pump Colibri® é um equipamento eletromédico especialmente desenvolvido para execução de drenagens e aspiração de secreções e substâncias líquidas com diferentes densidades do organismo do paciente, mediante o controle e monitoração da pressão de aspiração, o que permite a sucção adequada em cada tipo de aplicação;
- A utilização do Aspirador Dia-Pump Colibri® é indicada para centros cirúrgicos, centros obstétricos, unidades de terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, unidades de internação, clínicas e ambulatorios, com base em protocolos;
- Clínicos – na assistência respiratória de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com diferentes tipos e calibres de sondas para aspiração de secreção traqueobrônquica nos casos de problemas respiratórios, intubação e/ou traqueostomia, parada respiratória e cardíaca e/ou ventilação assistida.
- Cirúrgicos – no ato cirúrgico, com diferentes tipos de cânulas para aspiração de sangue, líquidos e secreções da cavidade cirúrgica; e aspiração orotraqueal para intubação do paciente para anestesia geral.
- Equipamento certificado para as normas técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1 (Equipamento eletromédico Parte 1: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial) e NBR IEC 60601-1-2 (Equipamento Eletromédico – Parte 1-2: requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – norma colateral: Compatibilidade Eletromagnética – requisitos e ensaio), 3ª. Edição.
- O aspirador cirúrgico Dia-Pump Colibri® DPS60 possui desenho moderno e ergonômico, de grande funcionalidade, com comandos na parte superior para facilitar seu uso, possibilitando ao operador trabalhar de em postura ereta ou sentado, com as seguintes características:
- Caixa de proteção do conjunto do motor, em plástico resistente, com proteção IP21;

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

- Silencioso, para trabalhos contínuos com baixo ruído (menor que 60 dBA), além de alta robustez, para uso profissional em hospitais e clínicas;
- Portátil, com alças de empunhadura, montado em móvel de estrutura metálica (pedestal) apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro, com freio, permitindo fácil e suave movimentação;
- Construção em pistão, garantindo assim alta durabilidade e eliminando as superfícies de fricção. Isento de óleo, não necessitando de lubrificantes, o que elimina a possibilidade de se fornecer ao paciente ou ao operador ar contaminado de óleo;
- Vacuômetro para medição da pressão negativa, calibrado até 30 polHg (760 mmHg)", grande e de fácil leitura;
- Painel de controle standard com indicação visual para equipamento energizado e modo de operação selecionado. Painel traseiro com chave de tecla para comutar entre modo de operação (contínuo ou intermitente);
- Knob giratório para ajuste de intensidade da pressão;
- Filtro de ar instalado no local da descarga do ar do equipamento para o ambiente, durante a aspiração cuja função é servir de barreira e evitar a contaminação do ar ambiente com microrganismos;
- Filtro hidrofóbico instalado entre o frasco e motor;
- Fluxo de aspiração: 60 LPM;
- Sucção de entrada: -90KPa / -675mmHg;
- Medidas externas com pedestal (LxPxH): 51 x 44 x 97 cm;
- Alimentação elétrica: 127/220V – chave seletora;
- Potência elétrica prevista: 150 VA - Frequência: 50/60 Hz;
- Cabo de alimentação; suporte para enrolar o armazenamento do fio;
- Alça frontal para movimentação quando em operação e alça traseira para transporte;
- Registro ANVISA: 10224620077;

Para cada equipamento acompanha:

- 01 Frasco coletor transparente e graduado, em PC, de 05 litros, com bóia mecânica de segurança e sistema anti-transbordamento. Frasco de PC e mangueira de silicone são autoclaváveis em 121°C. Tampa processável por termodesinfetadora até 75°C.

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: Bivolt

Dimensões: 51 x 44 x 97 cm

Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.077

Referência: 089270900

Sessão de Acessórios, Opcionais ou Consumíveis

Pedal IP28

Qtd	Código	Descrição
1	089363600	Pedal com cabo para acionamento elétrico do aspirador em móvel Colibri®. Classe de proteção IP28 - contra a entrada de líquidos.
Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item

Data: 03 de março de 2023

Cotação nº 16.515-0

2	R\$ 8.412,06	R\$ 16.824,11
---	--------------	---------------

Valor da Proposta: R\$251.992,19

CONDIÇÕES GERAIS

- Prazo de Entrega: 45 dias.
- Impostos Inclusos.
- Condições de Pagamento: 28 / 56 / 84 / 112 dias
- Validade da Proposta: 60 dias.
- Frete: CIF (por conta da empresa Fanem Ltda)
- Garantia: 12 (doze) meses contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio.
- Faturamento mínimo: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
- Liberação de Pedido Sujeita a Análise de Crédito

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
 BANCO SANTANDER	0438	29001764-6

Atenciosamente,
Karlla Roberta Cunha Barbosa - Assistente Comercial
karlla.roberta@hospcom.net
(62) 3241-5555

À

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANAPOLIS

ATT: SR. CRISTIANO

Fone: 62 3311 9900

E-mail: compras@santacasa.org

PROPOSTA: 4532/23

ITEM 1 - 2 UND

ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 BIVOLT C/ FRASCO 5L POLIPROPILENO - Motor: Bivolt, compacto, em alumínio totalmente isento de óleo; Capacidade de sucção de até 25pol. Hg com regulagem feita através de botão de controle de aspiração; Leitura através de vacuômetro; Fluxo de aspiração de 40 litros por minuto; Frasco de 5 litros com válvula de segurança anti-transbordamento. MARCA: PROTEC



VALOR UNITÁRIO: 4.973,05

VALOR TOTAL: 9.946,10

ITEM 2 - 10 UND

Oxímetro de Pulso Portátil UT-100 MD®

O UT-100 é o mais versátil oxímetro disponível, permite aplicações em diferentes ambientes de atendimento como emergências, transportes, cirurgias e consultórios.

- Visor LCD colorido de alta resolução
- Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal
- Possui 5 formatos de visualização
- Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências
- Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis
- Memória interna dos eventos e conexão USB para computador
- Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional não incluso no preço)
- Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas
- Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado
- Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal
- Acompanha um Sensor de SpO2 padrão Nellcor adulto
- Sensor pediátrico e neonatal opcional não incluso no preço
- Certificado pelo INMETRO

MODELO UT-100

MARCA MD

ANVISA: 80070219017



VALOR UNITÁRIO: 3.645,00
VALOR TOTAL: 36.450,00

ITEM 3 - 15 UND

POLTRONA DE REPOUSO PARA PACIENTE

Poltrona para descanso manual

Estrutura em tubo de aço carbono 1 ¼ 1,50mm, recebem tratamento químico anti-ferrugem e pintura eletrostática, No processo de pintura epóxi, os produtos recebem pintura com tinta em pó e são levados à temperatura de 220°C em estufa, os movimentos são simultânea de Encosto e Peseira até 4 posição e trendeleburge, acionamento através de manivela localizada na lateral da poltrona, estofamento em Espuma D-28 com Revestimento em Courvin, carenagem protetora do mecanismo, pés com ponteira de borracha e pés nivelador, altura total 1190mm, profundidade total 905mm, largura total 700mm.

Marca: Rofmed

VALOR UNITÁRIO: 1.638,00
VALOR TOTAL: 24.570,00



ITEM 4 - 7 UND

BERÇO INOX COM CESTO EM ACRILICO

Berço totalmente inox com cesto de acrílico removível, estrutura da base construída em tubo 7/8, estrutura do cesto em tubo 5/8, Cesto removível de acrílico transparente, com as bordas arredondadas. Dispositivo manual para acionamento dos movimentos trendeleburg 0°-12° grau e reverso do trendeleburg 0°-12° grau. Com escala de grau, Suporte para soro, suporte para mamadeira, prateleira para guarda de conveniências, Rodízios de 3 pol. de diâmetro com freios em diagonal. Dimensão do cesto externa,

0,86x0, 51x0, 26, dimensões do cesto internas, 0,77x0, 43x0, 18, dimensões da estrutura interna, 0,88x0, 52x0, 69, dimensões total, 0,88x0,52x1, 0.

REGISTRO ANVISA: 81671830007

GARANTIA: 2 (DOIS) ANOS

MARCA: RUBMED

VALOR UNITÁRIO: 1.465,50
VALOR TOTAL: 10.258,50



CONDIÇÕES GERAIS:

Faturamento Mínimo: R\$ 100,00

Pagamento: A VISTA

Validade da Proposta: 7 dias

Prazo de Entrega: Até 30 dias

Frete: FOB

Operador(a): GESCIKA SOUZA SILVA - Cel: (62) 98591-3517

Vendedor(a): LUIS FELIPE FERREIRA GUIMARÃES - Cel: 62 99263-2507

Goiânia, 3 de março de 2023

NOSSA MISSÃO

Promover soluções para a saúde.

NOSSA VISÃO

Ser referência nacional no mercado de saúde até 2022.

A VIDA É O BEM MAIS
PRECIOSO QUE PODE EXISTIR
E MERECE SER BEM CUIDADA.



NOSSOS VALORES

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

O segredo do sucesso é o equilíbrio



ATITUDE

A mudança que espero começa
por mim, faço acontecer!



UNIÃO

Dividimos ideias, unimos esforços,
compartilhamos resultados



FOCO

Mantenha o foco no objetivo, centralize a
força para lutar e utilize a fé para vencer



PROPOSTA COMERCIAL

Nº: 00015139

À

FASA

CNPJ: 01.038.751/0001-60

Aos cuidados de

CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA



Prezados Senhores,

A **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob N° 05.743.288/0001-08, sediada na Rua 104, N° 74, Setor Sul, Goiânia - GO, CEP 74083-300, tem a satisfação de transmitir-lhes a seguinte proposta de fornecimento, condições de venda e pagamento.

1. Objeto da proposta

Constitui objeto da presente proposta o fornecimento do(s) equipamento(s) médico-hospitalar(es), descrito(s) em detalhes no item 2.1 ("Produtos(s)"), que será(ão) fornecido(s) pela Hospcom. Os serviços de instalação e assistência técnica em garantia se estiverem inclusos serão prestados pela Hospcom ou por outra empresa por ela designada, conforme condições explicitadas na presente proposta e em seus anexos. A definição do estabelecimento vendedor, matriz ou filial da Hospcom, será indicada na Nota Fiscal de Faturamento.

2. Condições gerais de venda

2.1. O objeto da presente proposta é(são) a(s) venda(s) do(s) Equipamento(s)

Imagem	Produto	Modelo	Fabricante	Valor Unit.	Qtd.	Valor Total
5	COD: 00034389 ASPIRADOR DE SEGRESSAO Fonte de alimentação: AC 220V, 50Hz Potência de entrada: 150VA Vácuo máximo: 0,08Mpa Fluxo de ar máximo: 22 ± 2 Umin (com jarra) 32 ± 2 Umin (com jarra) Ruído de operação: aprox. 50 dB (A) (sem vácuo) Aproximadamente. 55dB (A) (sem vácuo) Potência: 150VA Frasco de coleta de líquido: 1000mL/pc Tempo de operação: 30 minutos ligado, 30 minutos desligado.	7E-B5/32L	YUWELL	BRL 2.200,00	2,00	BRL 4.400,00
						
SUBTOTAL: BRL 4.400,00						
Imagem	Produto	Modelo	Fabricante	Valor Unit.	Qtd.	Valor Total
2	COD: 00011989 MONITOR MULTIPARÂMETRO ACESSÓRIOS DE TEMPERATURA (TEMP), PRESSÃO INVASIVA (PI), E DÉBITO CARDÍACO (DC) DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE (NÃO ESTÃO INCLUSOS NOS PREÇOS DOS PRODUTOS ACIMA)..	UMEC 12 (ECG, RESP, SP02, PNI, 02 TEMP, 02 PI)	MINDRAY	BRL 11.546,36	2,00	BRL 23.092,72
						
	COD: 00027447 SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE PED/NEO	MR404B	MINDRAY	BRL 584,64	2,00	BRL 1.169,28
	COD: 00027149 CABO TRONCO DE SPO2 7 PINOS PADRAO MINDRAY	SPO2	MINDRAY	BRL 380,00	2,00	BRL 760,00
	COD: 00033639 BRACADEIRA REUTILIZAVEL PNI NEONATAL CM1300E 1 VIA 8-15 CM	PNI	MINDRAY	BRL 149,00	2,00	BRL 298,00



COD: 00027433
 SENSOR DE SPO2 TIPO Y NEO
 518B

SPO2

MINDRAY

BRL 748,06

2,00

BRL 1.496,12



COD: 00028265
 CABO ECG INTEGRADO 5 VIAS
 ADU/PED

ECG

MINDRAY

BRL 636,84

2,00

BRL 1.273,68



COD: 00027371
 TUBO EXTENSOR PNI NIBP
 NEONATAL 3M - MINDRAY

PNI

MINDRAY

BRL 292,32

2,00

BRL 584,64

SUBTOTAL: BRL 28.674,44

Imagem	Produto	Modelo	Fabricante	Valor Unit.	Qtd.	Valor Total
4      	COD: 00035240 DESFIBRILADOR ACOMPANHA CABO DE FORÇA + GEL + MANUAL + BATERIA 115-049328-00 + KIT DE PÁS EXTERNAS (ADU/PED) CONFIGURAÇÃO: IMPRESSORA + FUNÇÃO MP (S/ACESSORIO)...	uMED20 (MP+IMP)	MINDRAY	BRL 20.431,00	1,00	BRL 20.431,00
	COD: 00026990 RABICHO ECG 5VIAS IEC 1/1.4MT	ECG	MINDRAY	BRL 608,40	1,00	BRL 608,40
	COD: 00027226 CABO TRONCO ECG 3 E 5 VIAS	ECG	MINDRAY	BRL 465,00	1,00	BRL 465,00
	COD: 00027264 ELETRODO MULTIFUNCAO ADULTO P/ BENEHEART REF: MR60	DEA	MINDRAY	BRL 480,00	1,00	BRL 480,00
	COD: 00027412 PAPEL TÉRMICO 50MM X 20M (D3, D6) SEM GRADE	ECG	MINDRAY	BRL 19,00	1,00	BRL 19,00
	COD: 00027558 CABO DAS PAS DESC. MP/DEA COM A CARGA DE TESTE (50 OHM) MR6702	DEA	MINDRAY	BRL 3.190,00	1,00	BRL 3.190,00

SUBTOTAL: BRL 25.193,40

Imagem	Produto	Modelo	Fabricante	Valor Unit.	Qtd.	Valor Total
3	COD: 00030713 MESA CIRÚRGICA	UNIBASE 30	MINDRAY	BRL 76.000,00	3,00	BRL 228.000,00
	UNIBASE 30, MESA DE OPERAÇÃO ELETRO-HIDRÁULICA. DURANTE A CIRURGIA, UMA BOA MESA DE OPERAÇÃO É ESSENCIAL PARA O SUCESSO. PROJETADA PARA CENÁRIOS CIRÚRGICOS CADA VEZ MAIS COMPLEXOS, A UNIBASE 30 REQUER MENOS ESFORÇO E TEMPO PARA POSICIONAR O PACIENTE EM UMA POSIÇÃO SEGURA, CONFORTÁVEL E EFICIENTE, FORNECENDO UMA SOLUÇÃO ECONÔMICA SEM COMPROMETER O ORÇAMENTO DO SEU HOSPITAL. UNIBASE30, UMA MESA DE OPERAÇÃO ACESSÍVEL E CONVENIENTE: CAPACIDADE DE PESO DE 185 KG NA POSIÇÃO NORMAL; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL COM 300 MM; BATERIA COM CERCA DE UMA SEMANA DE DURAÇÃO; SISTEMA DE FREIO MECÂNICO COM EXCELENTE ESTABILIDADE; PLACA DE PERNAS DESTACÁVEL E DIVIDIDA PARA POSIÇÃO DE LITOTOMIA. MOVIMENTOS DO CONTROLE: DESLIZAMENTO LONGITUDINAL NA DIREÇÃO DA EXTREMIDADE DOS PÉS; PARTE SUPERIOR DA MESA PARA BAIXO (ALTURA); POSIÇÃO DE TRENDELENBURG (CABEÇA PARA BAIXO); INCLINAÇÃO PARA A ESQUERDA; PLACA DAS COSTAS PARA BAIXO; DESLIZAMENTO LONGITUDINAL NA DIREÇÃO DA EXTREMIDADE DA CABEÇA; PARTE SUPERIOR DA MESA PARA CIMA (ALTURA); POSIÇÃO DE TRENDELENBURG REVERSA (PÉS PARA BAIXO); INCLINAÇÃO PARA A DIREITA; PLACA DAS COSTAS PARA CIMA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPRIMENTO DA MESA: 2060mm; LARGURA DA MESA SEM TRILHOS: 520mm; ALTURA DA MESA AS ALMOFADAS: 720-1070mm; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL: 300mm; TRENDELENBURG/REVERSO TRENDELENBURG: 26°/26°; MOVIMENTO LATERAL DIREITA/ESQUERDA: 21°/21°; MOVIMENTO DA PLACA DA CABEÇA (PARA CIMA/PARA BAIXO): +45°/-90°; MOVIMENTO DA PLACA DAS COSTAS (PARA CIMA/PARA BAIXO): +80°/-40°; MOVIMENTO DA PLACA DAS PERNAS: +20°/-90°; ACOMPANHA: 01 JOGO DE COLCHÕES, 01 CONTROLE MANUAL COM COMANDO LONGITUDINAL, 01 ARCO DE NARCOSE, 01 PAR DE APOIO DE BRAÇO..					

SUBTOTAL: BRL 228.000,00

Imagem	Produto	Modelo	Fabricante	Valor Unit.	Qtd.	Valor Total
6	COD: 00012047 OXÍMETRO PORTÁTIL	PM-60	MINDRAY	BRL 2.198,00	10,00	BRL 21.980,00
	PRODUTO SEM DESCRIÇÃO.					
	COD: 00026991 SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP ADU 512F	SPO2	MINDRAY	BRL 748,06	1,00	BRL 748,06
	COD: 00027173 BATERIA DE LI-ION 3.7V 1800MAH P/ PM-60	BATERIA	MINDRAY	BRL 465,00	1,00	BRL 465,00
	COD: 00027409 BASE CARREGADORA P/ PM-60	OUTROS	MINDRAY	BRL 527,00	1,00	BRL 527,00

SUBTOTAL: BRL 23.720,06

Imagens ilustrativas.

Valor total: BRL 309.987,90.

Frete: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF).

Prazo de entrega: 7 DIAS.

Prazo de Garantia: 12 meses para equipamentos, e para acessórios 3 meses.

2.2. Forma de pagamento

Condições de pagamento: Cob. Boletão - Banco do Brasil - Ag: 1242-4 Cc: 69869-5 - Hospcom em 30 Dias.

3. Validade da proposta

A validade desta proposta abaixo, devendo ser assinada e devolvida à Hospcom dentro deste mesmo prazo. Após o término do prazo a Hospcom não garantirá a manutenção dos preços estabelecidos bem como a disponibilidade do material e do serviço na forma descrita nesse documento.

Data de emissão: 03/03/2023.

Data de validade: 31/05/2023.

4. Dados bancários

Banco do Brasil - Agência 1242-4 - Conta Corrente 69869-5.

Documento criado por

Lukas Mariano Rocha Silva (Executivo de Vendas)

Email: lukas.silva@hospcom.net

À
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAPOLIS
CNPJ.: 01.038.751/0001-60
A/C.: CRISTIANO – DEPTO. COMPRAS
REF.: ORÇAMENTO **OLIDEF**

ITEM – 01**UND – 02****INCUBADORA PARA RECÉM NASCIDO MODELO SCTI LINE 4****MARCA: OLIDEF CZ - PROCEDÊNCIA: NACIONAL – BRASIL****OPCIONAIS INCLUSOS****• Módulo de controle versão 02****DESCRIÇÃO TÉCNICA****GERAL**

- Incubadora eletrônica com duplo sistema microprocessado, dotada de servo controle térmico infantil e sistema de umidificação servo ativo;
- Desenvolvida para proporcionar o conforto ambiental ideal para os recém nascidos de risco em hospitais e maternidades.
- **Equipamento registrado na ANVISA sob REGISTRO Nº 10227180028, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 32 de 29 de maio de 2007 e as normas técnicas:**

NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2 NBR IEC 60601-2-19 NBR IEC 60601-2-49 Marcação CE (Comunidade Européia)
--

- Sistema de circulação de ar destinado à uniformização da temperatura interna, evitando o acúmulo de dióxido de carbono no compartimento do RN;
- Baixo nível de ruído interno (<50 dBA);
- Fácil locomoção através de suporte com rodízios e alças para transporte.

CÚPULA

- Construída em acrílico transparente de qualidade óptica, possui dimensões amplas oferecendo praticidade de operação;
- Dotada de parede dupla facilmente removível e sistema de vedação que permite a formação de uma leve pressão positiva;
- 5 portinholas ovais, acionadas por sistema de toque de cotovelo, sendo 2 localizadas na parte frontal, 2 localizadas na traseira e 1 localizada na lateral direita;
- 1 portinhola para passagem de tubos com sistema íris, localizada na lateral esquerda da cúpula para passagem de tubos;
- Vedação para as portinholas ovais, em silicone atóxico e autoclavável;
- Porta frontal rebatível, permitindo fácil e rápido acesso ao paciente, possibilitando o deslocamento externo do leito;
- Quatro aberturas com vedações flexíveis para passagem de tubos, cabos, sondas, etc. sem oclusão;
- Trava de segurança para cúpula aberta, posicionada na lateral direita;
- Guarnição, construída em material atóxico, localizada sob a cúpula para vedação e amortecimento;
- Uma abertura com tampa para nebulizador.

LEITO DO RECÉM NASCIDO

- Deslocamento externo através de trilhos com travas de segurança para final de curso;
- Mecanismo de inclinação do leito com acionamento através de manípulos externos, permitindo posicionamento do leito em trendelemburg, reverso (próclive), horizontal alta e horizontal baixa, sem necessidade de abertura da cúpula;
- Colchão em espuma de densidade adequada ao conforto do paciente com capa em material atóxico e auto-extinguível, de fácil limpeza e desinfecção.
- Bandeja para colchão em material plástico atóxico e transparente ao raio X, permitindo o procedimento de raio X sem remover o pequeno paciente

CORPO

- Construído externamente em aço carbono (também com opção em alumínio) com tratamento anticorrosão;
- Construção interna em alumínio fundido (não-ferroso);
- Acabamento liso em epóxi, pintado por processo de pintura eletrostática;

- Isento de cantos vivos, facilitando os procedimentos de limpeza e desinfecção.

MÓDULO DE CONTROLE

- Módulo removível, permitindo a limpeza por imersão dos sensores, ventoinha e resistência de aquecimento.
- Possui tecnologia totalmente microprocessada e display alfanumérico, com operação interativa, agrupando todos os componentes em um único módulo, além de permitir a visualização dos parâmetros indicados em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade.
- Teclado tipo membrana com acesso rápido e direto a todas as funções e operações da incubadora.
- Indicação das temperaturas do ar, rn e desejada através de display alfanumérico LCD, que permite a fácil visualização desses parâmetros à distância.
- Menu para seleção de idiomas: português, inglês e espanhol e procedimentos de manutenção.
- Painel frontal em policarbonato, com teclado tipo membrana, que impede a penetração de líquidos.
- Sistema de auto teste para todo sistema de controle e alarmes.
- Sistema de memória não volátil para retenção dos últimos valores programados.
- Entrada para conectores: Rede AC, sensor da cúpula e sensor RN.
- Trava de segurança, que permite a remoção completa do módulo, através de acionamento manual, facilitando os procedimentos de manutenção, calibração e limpeza, permitindo a limpeza da resistência e ventoinha por processo de imersão em solução desinfetante.
- Plug de alimentação elétrico destacável, disposto de forma a assegurar que o painel não possa ser removido sem antes interromper a alimentação elétrica.

CONTROLE DE AQUECIMENTO

- Sistema integrado a incubadora, com servo controle térmico infantil, que permite o ajuste preciso da temperatura do RN ou do AR.
- Possui resistência tubular anti pirolítica, em aço inox, com formato espiral, grande área para troca de calor e alta durabilidade.
- Sensor eletrônico de precisão para monitoração e controle da temperatura do AR.
- Controle de potência da resistência proporcional ao valor programado para ar ou RN.
- Sistema de segurança para interrupção automática do aquecimento para condições de alta temperatura, sobreaquecimento e falta de circulação do ar.

CONTROLE DE UMIDADE

- Sistema integrado a incubadora, com servo controle, que permite o ajuste preciso da umidade relativa do ar através da evaporação da água.
- Possui reservatório removível com tampa, resistência blindada, sensor eletrônico de umidade e visor de nível de água.
- Indicação simultânea para umidade desejada e real no display do painel de controle.
- Sensor eletrônico para monitoração da concentração da umidade relativa.

SENSORES

- Sensores eletrônicos independentes para temperatura do ar e alarme de sobreaquecimento.
- Sensor eletrônico digital para umidade.
- Sensor principal para temperatura do RN.

TECLAS

- Liga/Desliga
- Aumento de temperatura desejada
- Redução de temperatura desejada
- Aumento de parâmetros (umidade)
- Redução de parâmetros (umidade)
- Inibição de alarme sonoro
- Seleção modo AR / RN
- Liberação de temperatura desejada acima de 37,0°C (até 39,0°C para modo AR e 37,0°C para modo RN)

PARÂMETROS INDICADOS

- Umidade relativa do ar e umidade desejada.
- Temperatura do ar
- Temperatura do RN
- Temperatura desejada

INDICADORES LUMINOSOS

- Equipamento energizado
- Alarme acionado
- Potência de aquecimento
- Temperatura selecionada >37°C

- Modo de funcionamento: AR (ATC) /RN (ITC ou servo controle)
- Teclado bloqueado
- Falta de energia

ALARMES AUDIOVISUAIS

- Falta de energia, acionado por bateria NiCd recarregável
- Sensor de pele desconectado
- Falta de circulação do ar
- Falha no sistema
- Falha ou desconexão do sensor de temperatura do RN
- Hipotermia e Hipertermia para RN
- Temperatura do ar alta / baixa
- Reservatório aberto
- Sobreaquecimento
- Nível baixo de água
- Umidade alta
- Umidade baixa
- Falha no sensor de umidade

ENTRADA DE GASES

- Sistema de circulação de ar acionado por motor com baixo nível de ruído, que promove a renovação contínua do ar dentro da cúpula e impede o aumento da concentração de dióxido de carbono, além de assegurar a uniformidade das condições ambientais as quais o recém nascido está exposto.
- Entradas independentes para ar e oxigênio.
- Válvula de segurança limitadora automática para admissão de oxigênio, dotada de microfiltro sinterizado com elemento filtrante para 0,3 micron totalmente independente da entrada de ar.
- Sistema de admissão de ar através de filtro especial, para retenção de partículas maiores que 0,5 micron, dotado de tampa removível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Modos de funcionamento:
 - Manual (ATC) - Controle automático temperatura do ar, com leitura da temperatura do paciente
 - Servo controle (ITC) - Controle automático de temperatura do recém nascido.
- Termostato e termômetro: funcionamento baseado em circuitos eletrônicos microprocessados
- Sensor de pele: intercambiável, eletrônico, de alta precisão
- Sensor de sobreaquecimento: eletrônico, independente de termostato/termômetro
- Alimentação: -127 / 220 Vca ($\pm 5\%$), com seleção automática de tensão
 - 50/60 Hz
 - cabo padrão IEC, destacável com 3 pinos
- 2 Fusíveis de proteção
- Potência de entrada: 830W
- Faixas de controle de temperatura:
 - Manual (ATC) : 20,0 a 39,0°C, com ajuste a cada 0,1°C
 - Servo-controle (ITC): 34,0 a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C
- Faixa de controle para umidade relativa: 20 a 95%
- Faixa de indicação da temperatura (resolução de 0,1°C):
 - Ar: 10,1 a 50,9°C
 - Rn: 10,1 a 50,9°C
- Faixa de indicação da umidade: 0 a 99,9%
- Resolução da indicação de umidade relativa: $\pm 0,1\%$
- Nível de ruído interno: inferior a 50dBA
- Velocidade do ar sobre o colchão < 0,35 m/s
- Concentração máxima de CO₂ < 0,4%
- Precisão do sistema de controle: $\pm 0,2^\circ\text{C}$

DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS

Largura	: 520 mm
Comprimento	: 900 mm
Altura	: 1370 mm

ACOMPANHA

- Suporte dotado de paracheque nas laterais e quatro rodízios de 100 mm de diâmetro (4 pol.) com freio.

OPCIONAIS INCLUSOS NO ORÇAMENTO:

- Gaveta para Chassis Radiográfico

- Balança;
- Suporte duplo para monitor com suporte de soro menor.

VALOR UNIT.: R\$36.166,00 (TRINTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA SEIS REAIS)

VALOR TOTAL: R\$72.332,00 (SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA DOIS REAIS)

ITEM – 02

UND – 01

INCUBADORA DE TRANSPORTE - MODELO RWT PLUS CARRO MACA

MARCA: OLIDEF - PROCEDÊNCIA: NACIONAL – BRASIL

DESCRIÇÃO TÉCNICA

GERAL

• Incubadora de transporte microprocessada, construída em material biocompatível, desenvolvida para proporcionar o conforto térmico ideal para os recém nascidos de risco, oferecendo as condições ideais para transporte seguro do paciente.

• Equipamento registrado na ANVISA sob nº 10227180031, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e NBR ISO 13485: 2004 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº 27 de 21 de junho de 2011 e as normas técnicas:

NBR IEC 60601-1
NBR IEC 60601-1-2
NBR IEC 60601-1-4
NBR IEC 60601-2-20

CÚPULA

- Construída em acrílico transparente de alta qualidade óptica, permite visualização total do paciente;
- Possui parede dupla em toda a sua superfície para reduzir as perdas de calor por irradiação;
- Porta ampla de acesso frontal com parede dupla dotada de duas portinholas com manga punho e guarnições de silicone atóxico;
- Porta de acesso lateral com parede dupla, que permite a movimentação do leito do paciente, deslocando-o externamente facilitando realização de procedimentos, dotada de portinhola íris para passagem de tubos e cabos;
- Três portinholas que permitem passagem das mãos do operador, sendo uma redonda do tipo “íris” e duas ovais, todas com guarnições atóxicas e punho elástico;
- Pressão positiva no interior da cúpula, garantindo a estabilidade da temperatura no compartimento do recém nascido;
- Quatro entradas flexíveis em material atóxico na cúpula, para cabos, sondas e sensores sem oclusão;
- Uma entrada com tampa para nebulizador;
- Possui iluminação auxiliar anti-ofuscante, montada em haste vertical, com led's brancos de alta potência e baixo consumo de energia e emissão de luz fria, sem aumento de temperatura do paciente.
- Mecanismo com duas travas de fixação da cúpula ao corpo da incubadora.

LEITO

- Leito removível, construído em material plástico radiotransparente de alta resistência mecânica, e com três cintos de segurança para o paciente, confeccionados em material macio e resistente, de fácil ajuste.
- Colchão construído em material atóxico e autoextinguível, com espuma com densidade adequada ao conforto do RN e capa removível prensada, sem costuras para evitar concentração de bactérias, aberta de um dos lados para facilitar o procedimento de limpeza;
- Permite deslocamento externo na região da cabeça através da porta lateral, com guias e trava de segurança para final de curso, permitindo manobras de intubação do paciente;
- Dimensões do colchão: 30,5 x 61cm

CORPO/BASE

- Construído em plástico de engenharia, radiotransparente e de alta resistência mecânica.
- Isento de cantos vivos e arestas, facilitando os procedimentos de limpeza e desinfecção, principalmente do compartimento do RN, com fácil acesso a parte interna sem necessidade de uso de ferramentas.
- Principais instruções de utilização, advertências e tabela de concentração de oxigênio impressa no corpo do aparelho.
- Para choque circundante, que oferece proteção de todo perímetro do equipamento e pode ser utilizado como alça para transporte.

- Dois suportes abertos, evitando o acúmulo de gases em caso de vazamento, para cilindros de gases medicinais com tamanho D ou E, dispostos na parte inferior da base da incubadora, com travas manuais de engate rápido para os cilindros.
- Possui simplificado sistema de desmontagem, que permite a instalação em carro pantográfico ou carro maca sem necessidade de ferramenta.

MÓDULO DE CONTROLE

- Eletrônico, microprocessado, conta com display gráfico colorido de 7" widescreen de alta resolução e excelente visualização e acionamento através de touchscreen, com operação interativa, agrupando todos os componentes em um único módulo.
- Módulo fixo de fácil acesso para manutenção.
- Permite a visualização dos parâmetros e indicadores de alarmes em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade.
- Teclado tipo membrana com acesso rápido e direto a todas as funções e operações da incubadora, além dos principais parâmetros através de touchscreen e botão rotativo.
- Indicação das temperaturas do AR, RN e desejada através do display, que permite a fácil visualização desses parâmetros à distância.
- Painel frontal em policarbonato, com teclado tipo membrana, que impede a penetração de líquidos.
- Sistema de auto teste para todo sistema de controle e alarmes.
- Sistema de memória não volátil para retenção dos últimos valores programados.
- Painel de Alimentação: entrada de conectores: Rede AC e Rede 12Vdc.
- Sensor de pele eletrônico de alta precisão.
- Plug de alimentação elétrico destacável, conforme norma NBR 14136:2002.
- Chave geral ;
- Seleção automática da fonte de alimentação: 127/220 Vac, 12 Vdc externo e baterias internas recarregáveis;
- Bateria interna recarregável para manutenção do sistema de memória e acionamento de alarme de falta de energia;
- Sistema de proteção contra aquecimento excessivo dotado de sensor de temperatura e circuitos eletrônicos e independentes;
- Baixo nível de ruído (<60 dBA), dotado de motor e sistema de ventilação silenciosos e com baixo nível de vibração;

BATERIA

Recarregável selada tipo Gelatinosa de 12Vcc

- Localizada em módulo independente interno, removível, dotado de travas de segurança, pode ser removível sem uso de ferramenta.
- Carregador automático flutuante incorporado, com tensão regulada para evitar superaquecimento e sobrecorrente da bateria aumentando sua vida útil.
- Autonomia de funcionamento para 4 horas.

SISTEMA DE AQUECIMENTO

- Servo controlado, que permite o ajuste preciso da temperatura do RN ou do AR.
- Aquecedor do ar no interior da incubadora dotado de resistências com potência de 200 W, montadas em dissipador de alumínio de grande superfície, anti pirolítica e alta durabilidade.
- Sensor eletrônico de precisão para monitoração e controle da temperatura do AR.
- Controle de potência da resistência proporcional ao valor programado para AR ou RN.
- Sistema de segurança para desligamento automático do aquecimento para condições de alta temperatura, sobreaquecimento e falta de circulação do ar.
- Modos de funcionamento:
 - Manual (ATC) - Controle automático da temperatura do ar.
 - Servo controlado (ITC) - Controle automático da temperatura do recém nascido.
- Termostato e termômetro: funcionamento baseado em circuitos eletrônicos microprocessados
- Sensor de pele: intercambiável, eletrônico, de alta precisão
- Sensor de sobreaquecimento: eletrônico, independente de termostato/termômetro

SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO PASSIVO

- Permite o aumento da umidade relativa do ar dentro da câmara do recém nascido;
- Dotado de espuma para retenção de água, instalada sob o leito, mantendo a umidade relativa do ar no interior do compartimento do recém nascido acima de 60% para condições ambientais normais;

ENTRADA DE GASES

- Entradas independentes para ar e oxigênio.

- Sistema de circulação de ar acionado por motor com baixo nível de ruído, que promove a renovação contínua do ar dentro da cúpula e impede o aumento da concentração de dióxido de carbono, além de assegurar a uniformidade das condições ambientais as quais o recém nascido está exposto.
- Ventoinha removível manualmente para limpeza.
- Admissão de ar através de filtro especial, para retenção de partículas maiores que 0,5 micron, dotado de tampa removível.

SISTEMA DE CONTROLE DE OXIGÊNIO PASSIVO

- Válvula de entrada de oxigênio independente, permitindo concentrações elevadas, com mecanismo limitador automático com micro filtro interno e silenciador;
- O oxigênio admitido passa pela resistência de aquecimento, chegando ao compartimento do recém nascido na temperatura ideal.
- Permite concentrações de oxigênio dentro da cúpula de até 90%.

SENSORES ELETRÔNICOS

- Sensores independentes para temperatura do AR e alarme de sobreaquecimento.
- Sensor eletrônico digital para umidade relativa do ar.
- Sensor para temperatura do RN.
- Sensor de temperatura ambiente.

INDICADORES VISUAIS:

Temperatura do AR, temperatura do RN, temperatura desejada/ajuste, temperatura ambiente, nível da bateria, indicação proporcional da potência de aquecimento, data e hora, nome do paciente, gráficos de tendência para as últimas 7 horas, alarme silenciado, alarme acionado, teclado bloqueado, equipamento ligado, indicação de alimentação REDE (AC)/BATERIA (DC), temperatura liberada acima de 37°C.

ALARMES AUDIOVISUAIS:

Falta de energia (acionado por bateria NiCd recarregável independente), bateria descarregada, falha de bateria, polaridade invertida, falta de circulação do ar, módulo do sensores desconectado, módulo do sensores desalojado, sensor de pele desconectado, falta de circulação do ar, falha no sistema, falha no motor, temperatura do ar alta (para temperatura lida 1,0°C maior do que o valor programado), temperatura do ar baixa (para temperatura lida 1,0°C menor do que o valor programado), sensor de temperatura do RN desconectado, falha no sensor de temperatura do RN, hipotermia, hipertermia, sobreaquecimento (para temperatura do ar acima de 40°C), falha no sensor de umidade.

TECLAS:

Bloqueio de teclado, liga/Desliga, aumento de parâmetro desejada (touchscreen), redução de parâmetro desejada (touchscreen), inibição de alarme sonoro, seleção modo AR / RN (touchscreen), gráfico de tendência (touchscreen), liberação de temperatura desejada acima de 37,0°C (até 39,0°C para modo AR e 38,0°C para modo RN), tecla Enter, botão rotativo.

FAIXAS DE CONTROLE E MONITORAÇÃO DE PARÂMETROS:

- **Temperatura:**
 - Manual (AR): de 20,0° C a 39,0° C, com ajuste a cada 0,1°C;
 - Precisão da indicação da temperatura AR: +/- 0,3°C;
 - Servo-controle (RN): 30,0°C a 38,0°C, com ajuste a cada 0,1°C;
 - Precisão da indicação da temperatura RN: +/- 0,2°C;
 - Faixa de leitura das temperaturas (AR e RN): 0 a 50°C com resolução de 0,1°C
- **Umidade:**
 - Faixa de leitura de umidade: 20 a 100%, com resolução de 1%

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:

- **Alimentação:**
 - Rede elétrica: 127/220Vac - 50/60 Hz, com seletor automático de voltagem
 - 12Vdc
 - Corrente (127 / 220V) : 4,0A / 2,5A
 - Potência de entrada: 380W
 - 2 Mini disjuntores rearmáveis
 - Bateria Recarregável tipo gelatinosa 12V
 - Bateria Recarregável NiCd - 9V

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS:

- Velocidade do ar sobre o colchão: < 0,35 m/s
- Concentração de CO₂: < 0,2%
- Dimensões:
 - Altura : 82,2cm (sem suporte)
 - Comprimento: 102,5cm

- Largura: 55,0cm
- Peso total (sem acessórios e cilindros): 73,0 kg

ACOMPANHA:

- 02 filtros de ar sobressalentes
- 01 Suporte de soro com altura ajustável
- 01 Para choque integral em aço inox para proteção mecânica de todo perímetro da incubadora, inclusive os cilindros, podendo também ser utilizada como alça para facilitar o deslocamento do equipamento.
- Cabo de Alimentação AC destacável, padrão IEC com 3 pinos conforme norma NBR 14136:2002
- Cabo de Alimentação 12Vdc

OPCIONAIS INCLUSOS NO ORÇAMENTO:

- **Carro maca:** retrátil em alumínio para uso em ambulâncias, com trava para fixação no piso do veículo, desenvolvido para reduzir o esforço no momento de colocar e retirar o equipamento do interior da ambulância.
- **Suporte para monitores amplo:** em aço inox, permite a acomodação de equipamentos auxiliares, com capacidade para até 10kg;
- **Conjunto com 2 cilindros em alumínio, tipo "D"** (1 para Ar e 1 para oxigênio) sem carga (vazios)

VALOR UNIT.: R\$48.405,00 (QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS)**VALOR TOTAL: R\$48.405,00 (QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS)****ITEM – 03****UND – 02****ASPIRADOR CIRÚRGICO MODELO A-45 PLUS 5LT. PORTÁTIL****MARCA : OLIDEF CZ - PROCEDÊNCIA : NACIONAL – BRASIL****DESCRIÇÃO TÉCNICA****GERAL**

- Aspirador cirúrgico para utilização em Hospitais e Clínicas, com design atualizado, ergonômico e robusto, oferecendo praticidade na utilização.
- **Equipamento registrado na ANVISA sob REGISTRO Nº 10227180042, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 27 de 21 de junho de 2011 e as normas técnicas:**

NORMAS ATENDIDAS

NBR IEC 60601-1

NBR IEC 60601-1-2

NBR IEC 60601-1-6

NBR IEC 60601-1-9

PRINCÍPIOS FÍSICOS

Aspirador A-45 produz vácuo através de sistema totalmente isento de óleo, com acionamento de um pistão ligado ao eixo do motor por biela e virabrequim. O gabinete plástico do aspirador possui design prático, que facilita seu transporte e possui abertura para saída do calor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Motor elétrico silencioso, revestido com uma carenagem confeccionada em plástico de engenharia.

O vácuo é produzido por um pistão. O sistema é isento de óleo e não necessita de lubrificante.

Registro agulha permite que o vácuo seja aumentado ou diminuído quando necessário, proporcionando um suave ajuste da pressão de aspiração.

Alça para transporte.

Pés de borracha.

Possui pedal, dispositivo utilizado para acionar o aspirador de modo intermitente ou contínuo.

Filtro de 0,5 micron HEPA antes do bico de entrada do motor, que evita a contaminação por bactérias.

Válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote.

Funcionamento totalmente isento de óleo.

Vacuômetro

Características elétricas

Seletor de tensão Bivolt manual - Seleção através de chave tipo HH

Frequência 50/60Hz

Potência 1/4 HP

Faixa de leitura do vacuômetro 0 à -30 polHg / 0 à -76 cmHg (ou 0 à -760mmHg)

Fluxo máximo 25 L/min

Vácuo máximo 22 polHg

Recursos de segurança

Para aumentar a segurança na utilização do equipamento, o motor possui um termostato de proteção, que desliga automaticamente o aspirador em caso de superaquecimento.

Válvula de segurança (Bóia) antitransbordamento.

ESPECIFICAÇÃO DO FRASCO

1 Frasco de 5 litros de policarbonato inquebrável, autoclavável e graduado em alto relevo

Tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com engate.

ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO:

- Pistão para produção de vácuo
- Extensão em silicone atóxico para frasco coletor
- Duas cânulas (yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com extensão de 2,5m
- Pedal interruptor

VALOR UNIT.: R\$1.760,00 (HUM MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS)

VALOR TOTAL: R\$3.520,00 (TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS)

ITEM – 04**UND – 04****FOTOTERAPIA MODELO LED-PHOTO – MARCA OLIDEF****PROCEDÊNCIA: NACIONAL****REGISTRO ANVISA: 10227180036**

Produto certificado pelo Inmetro para as normas NBR IEC 60601-1-2:2010, NBR IEC 60601-1-2:2010, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011, ABNT NBR IEC 60601-1-9-2010 e NBR IEC 60601-2-50:2010.

- Equipamento de fototerapia compacta, microprocessada e de alta intensidade para tratamento da icterícia neonatal, com baixo consumo de energia.
- Utiliza Leds de alta potência para emissão de luz azul, espectro de radiação focado entre 450 e 460 nm, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelho, com foco de luz com alta irradiação tanto na parte central quanto nas extremidades, sem necessidade de filtros ópticos.
- Baixa emissão de calor para o paciente.
- Possui sistema de iluminação que utiliza leds de alta potência na cor branca para visualização do paciente, podendo ser acionada em conjunto com os leds azuis ou de forma isolada.
- Carenagem em plástico de engenharia de alta resistência mecânica e com alças (manípulos) para locomoção e posicionamento da fonte de luz.
- Sistema de ventilação forçada.
- Pannel de controle microprocessado, com teclado de membrana e display de cristal líquido alfanumérico com informações em português e iluminação de fundo, que permite a visualização dos parâmetros mesmo em ambientes escuros.
- Permite controle da intensidade da luz azul de 0 até 100% e programação de ciclo de exposição do paciente.
- Possui indicador de tempo de exposição do paciente e tempo de funcionamento dos leds.
- Possui indicação de temperatura ambiente, data e hora.
- Permite o armazenamento de irradiâncias e visualização dos valores previamente armazenados.
- Suporte com base dotada de 4 rodízios com freio, com ajuste de altura, ideal para atendimento a pacientes acomodados em berços aquecidos, incubadoras e bercinhos simples.
- Coluna e base com pintura epóxi em pó eletrostático e tratamento anti corrosivo.
- Permite ajuste da fonte de luz por movimentos de rotação, inclinação e ajuste de altura.
- Possui 4 ventosas para instalação da fototerapia diretamente sobre a cúpula de acrílico.
- Fácil acesso para limpeza e substituição dos Leds e sistema de exaustão.

Principais alarmes:

- Falta de energia
- Falha no sistema

Especificações técnicas:

- Controle de intensidade de 0% (leds desligados) até 100%, com intervalos de 10%.
- Alimentação elétrica: 127 / 220Vac (seleção automática) – 50/60Hz
- Quantidade de Leds:
 - Azuis: 15
 - Branco: 4
- Ruído < 50dBa
- Vida útil estimada para a fonte emissora de luz (Leds): 50.000 horas

- Potência elétrica total: 65W
- Dimensões do foco luminoso emitido a 30 cm: 40 x 30cm
- Intensidade média no centro do foco luminoso a 30 cm: 56 μ W.cm²/nm
- Dimensão aproximadas da caixa plástica da fonte de luz: 13 x 50 x 20 cm
- Altura: ajustável entre 100 e 140 cm
- Peso aproximado: 30kg (com ajuste de altura e base com rodízios)
- Pedestal móvel com 3 (três) rodízios de rotação 360° com freio e ajuste de altura.

VALOR UNIT.: R\$7.467,00 (SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA SETE REAIS)

VALOR TOTAL: R\$29.868,00 (VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA OITO REAIS)

VALOR TOTAL GERAL: R\$154.125,00 (CENTO E CINQUENTA QUATRO MIL CENTO E VINTE CINCO REAIS)

- CONDIÇÕES:
- -VALIDADE ORÇAMENTO: 15 DIAS (PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO)
- - PAGAMENTO: À VISTA
- - FRETE/INSTALAÇÃO/TREINAMENTO: INCLUSOS
- - IPI: INCLUSO
- - ENTREGA: À COMBINAR
- - GARANTIA: 12 MESES; CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
- - REG.MS/ANVISA
- - CBPF – OLIDEF CZ

OLIDEF MEDICAL – RIBEIRÃO PRETO / SP.

GOIÂNIA, 03 DE MARÇO DE 2023

ATENCIOSAMENTE,
NORHAL HOSP.COMERCIAL LTDA – norhalgyn@gmail.com
MORAIS – (62) 3092-4648 / 99971-6268
REPRESENTANTE AUTORIZADO:
www.jpfarma.com.br
www.olidef.com.br
www.martecmed.com.br
www.markmed.com.br



POLPLUZ - R.R. FERREIRA
MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS

R.R. FERREIRA MAT. HOSP.

CNPJ: 21.820.133/0001-84 -

FONE: (12) 3833-7017 - 3833-5284

RUA MINAS GERAIS, 399, PISO SUPERIOR, CENTRO

CEP: 11680-000 UBATUBA-SP

ORÇAMENTO

Cliente:	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis			CNPJ:	01.038.751/0001-60
Endereço:	VISCONDE DE TAUNAY 134			INSCR. EST.:	ISENTO
Cidade:	ANAPOLIS	Estado:	GO		
Contato:	CRISTIANO	Tel.:	(62) 3311-9967		
Vendedor:	Marcos ▼	Data:	3 ▼ Março ▼ 2023		
Cód.	MERCADORIA	MARCA	Qtde	Val. Unit	Val. Total
	BERÇO DE IXOX C/ CETO DE ACRILICO	MEDC	7	R\$ 1.647,00	R\$ 11.529,00
	MONITOR MULTIPARÂMETRO 12" COMPLETO	EMAI	2	R\$ 14.900,00	R\$ 29.800,00
	INCUBADORA DE TRANSPORTE	OLIDEFF	1	R\$ 44.964,00	R\$ 44.964,00
	FOTOTERAPIA PHTO LED	OLIDEFF	4	R\$ 11.900,00	R\$ 47.600,00
	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL SUÇÃO DE 0 A 592MMHG	NS	2	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00
	BALANCA DIGITAL PARA RN	WLM	2	R\$ 1.123,50	R\$ 2.247,00
	POLTRONA RECLINÁVEL MECÂNICA PINTADA	MC	15	R\$ 2.293,50	R\$ 34.402,50
	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL UT100 RECARREGÁVEL MD	MD	10	R\$ 2.990,00	R\$ 29.900,00
	CARDIOVERSOR ECAFIX BIFÁSICO C/ BATERIA MDF-048	EBR	1	R\$ 28.987,00	R\$ 28.987,00
	PEDIDO MÍNIMO R\$ 500,00 + FRETE				
				TOTAL	R\$ 231.409,50

Negociação de venda:

Forma de pgto.:	☒ À vista	☒ À prazo	30 dias ▼	Dados Bancários:	Agência: 1613-6 Conta: 27428-3 (Bradesco)
Prazo de Entrega:	10 dias ▼	Frete:	☐ CIF ☒ FOB	Forma de Envio:	Correios ▼
Impostos:	O Fornecedor é optante pelo simples nacional (substituição tributária e outros recolhimentos é feito pelo destino)				
Devolução:	O prazo de devolução é de 30 dias, com pré-aviso (somente devolução por defeito de fábrica)				
Validade:	A validade do orçamento é de 10 dias (neste período pode sofrer alteração nos produtos sem pré-aviso)				
Transporte:	A avaria de qualquer produto é de inteira responsabilidade da empresa que o transporta (ao receber conferir, no caso de avaria devolver ou receber informando na nota fiscal o ocorrido para ser ressarcido pelo dano.)				
Observações:					

Informações importantes:

Pedido mínimo:	R\$ 350,00
Créditos:	Em caso de atraso nos pagtos, as vendas a prazo serão suspensas, somente à vista. No caso de inadimplência, 20% honorários advocatícios para parte devedora, elege o fórum de Ubatuba SP
Observação:	Ao receber Boletos e Notas Fiscais para pagamento favor certificar as contas abaixo:

ATENÇÃO: Favor informar na cotação, todas especificações do produto, tamanho, modelo, cor, material, marca e outros. Caso não seja informado, iremos cotar o material que temos e de menor valor!!! Favor conferir o material que foi cotado, se está de acordo com o que realmente necessita, se preciso, solicite foto ao vendedor, não aceitaremos devolução em caso de aprovação do orçamento enviado, apenas por defeito de fabricação ou erro de nossa parte.

21 820 133/0001-84
IE 701.084 695 119
RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES
E ELÉTRICOS EPP
Rua Avenida 415
Jardim Sarrambala CEP 11 680 000
UBATUBA - SP

Reinaldo Rubens Ferreira
CPF: 518.866.345-53



Filial 1 - RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
Cliente: 1914 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS
CNPJ: 01.038.751/0001-60 **Inscricao:** ISENT0
Endereço: RUA VISCONDE DE TAUNAY
Complemento: 134
Bairro: JUNDIAI
Cidade: ANAPOLIS/GO
Telefone: 62 3311-9900
Celular: 62 3311-9910
Email: MARINEZ@FRANCISCANASGO.ORG.BR

Proposta: 2282

Seq.	Produto	Qtd. Und.	Descrição	Vr. Unit.	Vr. Tot. Líq.
1	7890004956	7 UN	BERCO C/CESTO INOX RB-2009	900,00	6.300,00
Modelo: RB-2009			Berço totalmente inox com cesto de acrílico removível, estrutura da base construída em tubo 7/8, estrutura do cesto em tubo 5/8, Cesto removível de acrílico transparente, com as bordas arredondadas. Dispositivo manual para acionamento dos movimentos trendelemburg 0º-12º grau e reverso do trendelemburg 0º-12º grau. Rodízios de 2" pol. de diâmetro com freios em diagonal. dimensões 750 mm x 400 mm x 800 mm (C x L x A) Opcional.: Suporte Para soro Suporte de mamadeira Prateleira.		
2	7890004926	15 UN	POLTRONA RB-4006-F	1.150,00	17.250,00
Modelo: RB-4006-F			Poltrona para descanso com mola á gás Estrutura em tubo de aço carbono 1 ¼ 1,50mm, recebem tratamento químico anti-ferrugem e pintura eletrostática, No processo de pintura epóxi, os produtos recebem pintura com tinta em pó e são levados à temperatura de 220°C em estufa, os movimentos são simultânea de Encosto e Peseira varias posição , acionamento da mola á gás através de manivela localizada na lateral da poltrona, estofamento em Espuma D-38 com Revestimento em Courvin, carenagem protetora do mecanismo, pés com ponteira de borracha e pés nivelador, altura total 1190mm, profundidade total 905mm, largura total 700mm. COR ESTOFADO AZUL		

Tipo de Frete: **Vr. a Pagar:** 23.550,00

Transportadora:

Dt. Orçamento: 03/03/2023

Dt. Última Alteração: 03/03/2023 13:44:51

Plano Pagamento: A VISTA DINHEIRO

Entrega: FRETE CIF

Vendedor: RODRIGO

Obs1: FORMA DE PAGAMENTO 50% NO PEDIDO 50% NO EMBARQUE

Obs2: 10% DE DESCONTO PAGAMENTO AVISTA ANTECIPADO

Obs3: PRAZO DE FABRICACAO 15 DIAS UTEIS

Qt. Volumes: 22

Aparecida de Goiânia, 03 de março de 2023.

A,
Fundação de Assistência Social de Anápolis
Santa Casa de Misericórdia de Anápolis
CNPJ: 01.038.751/0001-60
Setor de Compras

A empresa **SXMEDIC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**, com sede na Rua dos Pinheiros QD 11 LT 09, SN, Parque Primavera, Cidade Aparecida de Goiânia - GO, vem apresentar nossa proposta de preço conforme solicitado, de acordo com as seguintes especificações e condições abaixo.

DADOS DO PROPONENTE:

Razão Social da Participante: **SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 29.562.894/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.716.186-9

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14281739

Endereço: Rua dos Pinheiros QD 11 LT 09, SN, GALPAO 01, Parque Primavera

Aparecida de Goiânia, GO, CEP 74913-140

Telefone: (62)3273-6106

E-mail: comercial@sxmedic.com.br

Financeiro:

E-mail: financeiro@sxmedic.com.br

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL – AGENCIA: 8087-X – CONTA CORRENTE: 2978-5

PROPOSTA DE PRODUTOS

ITEM	UND	QTD.	DESCRIPTIVO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CX	03	MESA CIRURGICA ELETRÔNICA PEQUENA MEDIA E GRA COMPLEXIDADES MEC/S 140L Descrição Técnica: BASE: Base em T fabricada em aço SAE 1020/45 com 6,5mm de espessura e fundo anticorrosivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220 C°, revestida em aço inox AISI 304 escovado ou ABS reforçado resistente contra impactos e saneantes. FIXAÇÃO: O sistema de movimentação e deslocamento é realizado através de rodízios com giro de 360°, sua fixação pode ser feita através do travamento das rodas com dispositivo interno ou rodas retráteis onde no acionamento das travas a base é fixada por quatro sapatas de apoio de borracha, para garantir uma fixação segura ao piso, qualquer uma das formas de travamento pode ser acionada por sistema eletro-motorizado, ou mecânico (pedal), dependendo da escolha do usuário. COLUNA: é fabricada com chapa de aço 1020/45, com 6,5mm de espessura, pintada com fundo anticorrosivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220C°, com revestimento de chapa de aço inox 304 (cromo níquel), formada por 04 (quatro) colunas guia e 04 (quatro) hastes de aço 1045 com cromo duro retificado ou formada por roletes esféricos e guias lineares que dispensam a sua lubrificação. CHASSIS: estrutural da mesa pode ser fabricado em aço inox 304 (cromo níquel), fibra de carbono e/ou aço 1020/45. Esse pintado com fundo anticorrosivo aplicado pelo processo e-coat e acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, curada a 220C°, com revestimento de chapa de aço inox 304 (cromo níquel). TAMPO: Radio transparente em fenolite, acrílico ou fibra de carbono o qual facilita o uso do raio X e intensificador de imagem em todo o seu comprimento, dividido em cinco seções – cabeceira (removível), dorso, renal, assento e perneira (removível),	R\$. 69.375,0 (Sessenta e Nove Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais)	R\$ 208.125,00 (Duzentos e Oito Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais)

			com réguas laterais em aço inox AISI 304 para fixação dos acessórios. MOVIMENTOS ELETRICOS: Elevação horizontal, trendelemburg e reverso do trendelemburg ou proclive, lateral direito, lateral esquerdo, dorso ou semi-sentado e longitudinal para uso do intensificador de imagens 300mm de curso, flexão abdominal, litotômica, flex/reflex, todos acionados por controle remoto com cabo e painel de controle na coluna da mesa. MOVIMENTOS PNEUMATICOS: Perneiras e cabeceira que também são removíveis. Movimento renal através de manivela disposta nas laterais da mesa. POSIÇÕES: Trendelemburg, reverso do trendelemburg ou proclive, horizontal, lateral direita lateral esquerda, semi-flexão de perna e coxa, flexão abdominal, renal, semi-sentado, sentado, litotômica, operação de tireoide, extrema lordose, longitudinal, altura, flex/reflex, inversão do paciente. Dimensões da Mesa: Comprimento: 1050mm (mínimo) - 2550mm (máximo) Largura do leito: 500mm sem extensores laterais Altura: 680mm (mínimo) – 930mm (máximo) Para pacientes de até: 250Kg Registro na ANVISA: 80918710002 Acompanha em cada mesa: 01 Cabeceira (estreita ou larga); 01 Arco de narcose; 01 Par de suportes laterais injetados em PU; 01 Par de suportes de braços injetados em PU; 01 Par de suportes de ombros injetados em PU; 01 Par de porta coxa injetados em PU; 01 Conjunto de Perneira (bipartida ou inteira); 01 Jogo de colchonetes (laváveis), injetados em PU; 01 Cabo de alimentação padrão ABNT; 01 Controle remoto com cabo; 01 Manivela em aço inox para o movimento renal. 01 Conjunto de baterias (nobreak) 01 Manual de Instruções.		
--	--	--	--	--	--

			MARCA: MEDIFARR		
--	--	--	-----------------	--	--

Valor Total da Proposta	R\$ 208.125,00 (Duzentos e Oito Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais)
-------------------------	---

Obs.: Incluso instalação e treinamento a equipe que utilizará o equipamento.

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias após apresentação da proposta

Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias após autorização de entrega.

Frete: Sif

Atenciosamente,



SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Marlene Moreira – Departamento de vendas

[29.562.894/0001-95]
**SPECTRUM MEDIC COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA**
Rua dos Pinheiros, s/nº Qd. 11 Lt. 09
Galpão 01 - Parque Primavera
CEP: 74.913-140
[APARECIDA DE GOIÂNIA - GO]

À

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANAPOLIS

ATT: SR. CRISTIANO

Fone: 62 3311 9900

E-mail: compras@santacasa.org

PROPOSTA: 9354/23

ITEM 1 - 2 UND

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE 12" MODELO C80 MARCA COMEN

O monitor multiparamétrico C80, foi desenvolvido para uso em pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos. Seu display colorido fornece uma tela mais brilhante com melhor contraste e melhores efeitos visuais, enquanto consome menos energia em comparação às telas de LED. Sistema de monitorização com tela de Cristal Líquido Colorido TFT de 12 polegadas, resolução 800 x 600 pixels, tela sensível ao toque (touch screen), caneta de escrita, porta de cartão SD, porta USB.

O Monitor C80 possui parâmetros de ECG com 12 derivações Multiderivação (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), Respiração, 2 canais de Temperatura, SPO2, PNI. Possibilidade de inclusão dos parâmetros: PI, Capnografia Mainstream ou Sidestream, Débito Cardíaco, Débito Cardíaco Não Invasivo, Análise de Gases, Índice de Nível de Consciência, Cálculo de Dose de Medicamentos Drogas.

O C80 é um monitor multiparametro, pré-configurado, interativo, leve e robusto. Conta com armazenamento de informações do paciente e gerenciamento de admissões e altas. Acesso das funções através de teclas ou botão rotacional, quatro modos de visualização de tela, fontes grandes, 9 derivações de ECG, gráfico de tendência com 120 horas. O sistema de alarme está em conformidade com a norma IEC 6060118. O monitor permite a visualização de tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados, curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente. Visualização de leito a leito. Visualização de até 1000 registros de NIBP e 500 eventos de alarme. Monitor funciona com Central de Monitorização sem fio wireless ou cabo. Permite a ligação com impressoras, Conectividade via HL7 para o interfaceamento bidirecional entre os monitores e o prontuário eletrônico do hospital HIS ou outros sistemas que conversem em HL7 Via Central de Monitorização. Gravador e Impressora térmica opcional. Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e nível de bateria. Bateria de Lítio com autonomia de 2 horas com possibilidade de aumento para 4 horas. Software em língua portuguesa.

Conformidade de Classificação II, de acordo com a diretiva 93 42 EEC como corrigido por 2007 47 EC Tipo antichoque elétrico Classe I de acordo com IEC EN60601. Fonte de alimentação interna, Normas de segurança elétrica atendidas IEC 606011 IEC 6060112 IEC 6060116 IEC 6060118 IEC 60601227 IEC 60601230 IEC 60601234 IEC 60601249 IEC 60601256 IEC 60601261 EN 10601 EN10603.

Opcionais:

Registador Multicanal

EtCO2 Mainstream ou Sidestream - Tecnologia Respironics e Masimo

Pressão sanguíneas Invasivas (IBP)

Módulo de gases anestésicos

SPO2 Tecnologia Nellcor e Masimo

BIS

CO

Gabinete com proteção IPX1 contra derramamento de líquidos.

Alimentação elétrica Bivolt CA 110-240V 50 60Hz

Dimensões 347 mm x 291 mm x 165 mm

Peso 3,9 Kg com bateria e sem acessórios



Acompanha:

- 01 Cabo paciente ECG 05 vias
- 01 Pacote de eletrodos descartável
- 01 Sensor de SPO2 adulto
- 01 Braçadeira adulto
- 01 Sensor de temperatura superficial de pele
- 01 Mangueira para braçadeira adulto
- 01 Cabo de alimentação AC

REGISTRO DO PRODUTO ANVISA Nº80047300544



VALOR UNITÁRIO: 10.390,80
VALOR TOTAL: 20.781,60

ITEM 2 - 2 UND

Sensor de temperatura pele, neo, marca Comen.

VALOR UNITÁRIO: 275,00
VALOR TOTAL: 550,00

ITEM 3 - 2 UND

MANGUITO NEO PNI DESCARTAVEL Nº 1 3-6 CM - MARCA: COMEN



VALOR UNITÁRIO: 104,75
VALOR TOTAL: 209,50

ITEM 4 - 2 UND

MANGUITO NEO PNI DESCARTAVEL Nº 2 4-8 CM - MARCA: COMEN



VALOR UNITÁRIO: 104,75
VALOR TOTAL: 209,50



ITEM 5 - 2 UND

MANGUITO NEO PNI DESCARTAVEL Nº 3 6-11 CM - MARCA: COMEN



VALOR UNITÁRIO: 104,75

VALOR TOTAL: 209,50

ITEM 6 - 2 UND

MANGUITO NEO PNI DESCARTAVEL Nº 4 7-13 CM - MARCA: COMEN

VALOR UNITÁRIO: 104,75

VALOR TOTAL: 209,50

ITEM 7 - 2 UND

MANGUITO NEO PNI DESCARTAVEL Nº 5 8-15 CM - MARCA: COMEN



VALOR UNITÁRIO: 104,75

VALOR TOTAL: 209,50

ITEM 8 - 2 UND

SENSOR DE SPO2 ADULTO/PED/NEO TIPO EVOLTORIO 1 MT (necessario cabo extensor) - MARCA: COMEN



VALOR UNITÁRIO: 363,40

VALOR TOTAL: 726,80

ITEM 9 - 2 UND

Módulo interno de IBP com dois canais, marca Comen.



ITEM 10 - 1 UND

CARDIOVERSOR MODELO S8, MARCA COMEN

O Cardioversor S8 é um Desfibrilador, Cardioversor e monitor multiparamétrico bifásico, aplicável à desfibrilação manual, desfibrilação do DEA, marca-passo e monitorização. Tela de LCD colorida de 8,4" (resolução: 800 x 600 pixels) com retroiluminação em LED.

Fornece 25 tipos de seleção de carga. Pode ser operado através de botões, teclas e botão rotacional. Excelente desempenho da bateria de 7500mHA, que suporta liberação de 420 vezes 360 J (com 2 baterias opcionais instaladas). A alta capacidade e a gravação de voz facilitam aos usuários a revisão de todo o processo de resgate.

Utiliza a tecnologia BTE (Baixa Tensão Especial), um ensaio clínico substancial para segurança e eficácia. As tecnologias exclusivas de compensação de impedância e BTE da Comen, podem medir automaticamente a impedância do tórax, ajustar a tensão e o tempo de descarga e proporcionar a melhor desfibrilação e cardioversão com o mínimo de energia e a menor lesão aos pacientes.

A exclusiva tecnologia de estimulação transcutânea não invasiva, pode monitorar a impedância e a corrente do marcapasso 24/7. A frequência e a corrente do marcapasso são 40-170bpm e 0-200mA, respectivamente.

O DEA estável e confiável está em conformidade com os requisitos GB9706.8 (IEC60601-2-4), AAMI DF80 e a política da AHA (American Heart Association).

É resistente e durável, podendo suportar o impacto de uma queda de 0,75 m de altura. O grau de proteção é o IP44, pode lidar com todos os possíveis ambientes ruins e transporte durante o resgate de emergência. Pode funcionar muito bem na chuva, depois de cair ou ao bater em um objeto sólido.

Monitoramento integrado de sinais vitais:

ECG/RESP/SpO2/ETCO2

DEFIBRILAÇÃO:

Modo de desfibrilação: Desfibrilação manual, desfibrilação sincronizada e DEA;

Forma de onda de desfibrilação: Forma de onda BTE. Os parâmetros de forma de onda são compensados automaticamente de acordo com a impedância do paciente;

Eletro de desfibrilação: Placas externas, pás e placas internas; placas externas pediátricas estão dentro das placas externas de adultos;

Controles e indicadores de placas externas

Seleção de energia de até 360J

Desfibrilação externa:

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/120/150/170/200/220/250/270/300/360J;

Desfibrilação interna: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J

Variação da impedância do paciente: Desfibrilação externa: 20 - 250.

Desfibrilação interna: 15 - 250.

Tempo de carga: Com bateria nova com carga completa (a 20C° de temperatura ambiente): Tempo de carga de 200J em menos de 5s, tempo de carga de 360J em menos de 8s;

Com fonte de energia AC: Tempo de carga de 200J em menos de 8s; tempo de carga de 360J em menos de 11s;

DEA Choque em série: Energia do choque: 100 - 360J, número de vezes de choque: 1, 2, 3;

Ritmo de choque: VF, VT. Estimulação Não Invasiva, modo de estimulação: Estimulação fixa e estimulação por demanda;



Forma de onda de estimulação: Sinal quadrado com Borda de Subida menor que 40us, Borda de Descida menor que 40us, amplitude de 0 a 150 V e faixa de flutuação de voltagem de $\pm 5\%$ ou ± 0.25 V (Use o valor maior).

Pulso de onda quadrada unidirecional com amplitude de pulso de $20\text{ms} \pm 1.5\text{ms}$;

Frequência de estimulação: 40bpm - 170bpm com precisão de $\pm 1.5\%$;

Corrente de estimulação: 0mA - 200mA com precisão de $\pm 5\%$ ou 5mA (o maior);

Bateria de 7500 mAH;

Alimentação elétrica (Bivolt) automática: CA 110 - 240 V / 50 - 60Hz;

Peso: 7,5 Kg (sem bateria)

Peso de uma bateria: 0,7 KG

ACOMPANHA:

01 Cabo ECG 05 vias;

01 Conjunto de pás de desfibrilação externa;

01 Sensor de SPO2;

01 Cabo extensor para SPO2;

01 Pacote com doze eletrodos adulto descartável;

01 Rolo de papel 80mm x 20 mt;

01 Cabo de extensão para desfibrilação (sem eletrodo para DEA);

01 Carga de Teste (Test Load);

01 Fio terra;

01 Cabo de alimentação AC;

01 Manual

REGISTRO Nº80047300753



VALOR UNITÁRIO: 31.384,49

VALOR TOTAL: 31.384,49

ITEM 11 - 3 UND

MESA CIRÚRGICA MOTORIZADA- PARA PEQUENA, MÉDIA, ALTA CIRURGIA E ESPECIALIDADES

MARCA BARRFAB - INDÚSTRIA BRASILEIRA

REGISTRO ANVISA: 80009860008

MODELO: BF683TDP 300MM

Base retangular, fabricada em chapa em aço SAE 1020, com tratamento de superfície pintura epoxi, possui revestimento em polímero, ABS preto. A Movimentação da base é realizada através de rodízios, os quais facilitam o deslocamento, direcionamento e manobras da mesa cirúrgica, mas quando a necessidade que esteja fixada ao solo seu sistema de bloqueio freio deve ser acionado por meio do controle de coluna, que proporciona confiança para realização dos procedimentos com total segurança.

Coluna que permite perfeito ajuste de altura de 300mm de curso, composta por hastes guias retificadas e cromadas, com sistema de refis auto lubrificante que elimina o uso de óleo lubrificante, prolonga a vida útil do sistema de elevação e evita o desgaste precoce causado pelo atrito entre metais, revestida de aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado.

Estrutura do chassi robusta, fabricada em perfil de aço inoxidável AISI 304 escovado, resistente a corrosão e de fácil limpeza, para perfeito acabamento entre a coluna de elevação e o chassi do tampo, acompanha proteção sanfonada elástica abotoada, fabricada em courvim impermeável, que protege contra a penetração de líquidos.

Réguas laterais com medida universal em aço inox AISI 304 (cromo níquel) para o fácil acoplamento de acessórios.

Tampo Radiotransparente para uso e intensificador de imagem (arco em C), raios-x em toda sua extensão, proporcionado pelo deslocamento longitudinal, fabricado em fenolite, que proporciona o uso de baixa dose de raio x, tornando o ambiente mais



salubre. Dividido em cabeça, dorso, complemento de dorso, renal, assento e pernas bipartidas em V, podendo chegar opcionalmente em até nove seções.

Comando dos movimentos realizado através de atuadores elétricos de baixa tensão e baixo consumo de energia, isento de óleo, acompanhado de mola a gás que auxilia na sustentação, interrupção e estabilidade durante a movimentação da mesa cirúrgica.

Os movimentos são acionados por meio de um controle remoto a cabo com display e para o caso de emergência acompanha de fácil acesso o painel de comando integrado na própria estrutura da mesa cirúrgica, os quais apresentam tecla de travamento e destravamento para evitar acionamento involuntário da tecla assim como emissão de sinal sonoro de sobrecorrente e sensor de proximidade sem contato físico.

Por meio de baterias, de duração de no mínimo uma semana, a falta de energia elétrica não irá interferir em seu perfeito funcionamento.

A mesa cirúrgica pode ser conectada a qualquer tomada de rede predial de 100 - 240V, nas frequências de 50/60Hz capaz de fornecer 350VA, e dotada de conexão para aterramento de proteção, conforme NBR 5410 e NBR 13534.

Tecla Zero: responsável pelo retorno do tampo da mesa a sua posição inicial, em qualquer posição basta um clique para que o tampo retorne a posição original.

Movimento com velocidade constante, partida e parada suave e livre de ruídos, acionados de forma:

Manual: Cabeceira. Por meio de manivelas: renal.

Motorizado: Elevação, trendelemburg /reverso, lateral direita e esquerda, dorso positivo e negativo, deslocamento longitudinal, flex e reflex, posição ZERO.

Pneumático: Pernas.

Posicionamentos: Semi-flexão de perna e coxa, flexão abdominal, semi-sentado, sentado, proclive ou reverso de trendelemburg, trendelemburg, para operação de tireóide, horizontal, litômica, inclinação lateral direita e esquerda, extrema lordose, pernas bipartidas em V, cabeceira, dorso e renal.

Acessórios que acompanham: 01 par de porta coxas em PU com suporte em inox; 01 par de ombreiras em PU com suporte em aço inox; 01 par de suporte de braços em PU com suporte em inox; 01 arco de narcose com suporte em inox; 01 jogo de colchonetes injetados em PU;



VALOR UNITÁRIO: 79.628,16

VALOR TOTAL: 238.884,48

ITEM 12 - 3 UND

KIT ACESSORIO PARA PARTO VERTICAL COM APOIO DE PE. MARCA: BARRFAB



VALOR UNITÁRIO: 2.773,87

VALOR TOTAL: 8.321,61

TOTAL DA PROPOSTA: 306.644,48



CONDIÇÕES GERAIS:

Faturamento Mínimo: R\$ 100,00

Pagamento: A VISTA

Validade da Proposta: 7 dias

Prazo de Entrega: Até 7 dias

Frete: Por conta do Emitente

Operador(a): GESCIKA SOUZA SILVA - Cel: (62) 98591-3517

Vendedor(a): LUIS FELIPE FERREIRA GUIMARÃES - Cel: 62 99263-2507

Goiânia, 3 de março de 2023



**ANEXO II
PLANO DESCRITIVO**

**ANEXO AO CONVÊNIO QUE SERÁ CELEBRANDO ENTRE O MUNICÍPIO
E ANÁPOLIS E A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS**

Este documento é parte integrante do Convênio que será celebrado entre a Secretaria municipal de Saúde de Anápolis (SEMUSA) e a Fundação de Assistência Social de Anápolis (FASA), cujo objeto será a transferência do recurso na modalidade fundo a fundo, Processo SES Nº. 202200010001776, Portaria SES Nº. ____/2022, Processo SEMUSA nº ____/2022 e que também descreve os serviços ambulatoriais e hospitalares ofertados para atender a macrorregião de saúde.

Anápolis/2022

SUMÁRIO

1. – Identificação do Fundo de Saúde
2. – Dados da Unidade Assistida
3. - Ações e serviços de saúde, nas áreas de assistência, gestão, ensino e pesquisa, que serão prestados pelo hospital;
4. - Metas físicas com os seus quantitativos na prestação dos serviços e ações pactuadas;
5. - Metas qualitativas na prestação do serviço;
6. - Orçamento detalhado
7. - Descrição da estrutura física, tecnológica e recursos humanos necessários ao cumprimento do estabelecido no instrumento formal de convênio
8. - Indicadores para avaliação das metas e desempenho;
9. - Recursos financeiros e respectivas fontes envolvidas no convênio
10. – Descrição do projeto

1 – IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

Nome: Fundo Municipal de Saúde de Anápolis	CNPJ do FMS: 06.169.881/0001-55
Gestor: Julio Cesar Teles Spindola	
Endereço: Rua Prof. Roberto Mange, 152 – Vila Santana – Anápolis – CEP: 75113-630	

2 – DADOS DA UNIDADE ASSISTIDA

Unidade: Fundação de Assistência Social de Anápolis / Santa Casa de Anápolis	CNES: 2361787
Endereço: Rua Visconde de Taunay, 134	
Cidade: Anápolis – Goiás	Esfera Administrativa: Privada Natureza: sem fins lucrativos
Serviços ofertados: (X) Ambulatorial (X) Internação (X) UTI/adulto/pediátrica/neonatal (X) SADT (X) Quimioterapia	

3 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA, GESTÃO, ENSINO E PESQUISA, QUESERÃO PRESTADOS PELO HOSPITAL

Ações	Como é realizado na Santa Casa
Acolhimento dos Clientes/Pacientes e Familiares	O acolhimento é realizado de forma humanizada, com uma equipe multiprofissional capacitada, realizando toda assistência e dando suporte necessário à paciente e familiares.
Laboratório de Análises Clínica, Imagem e Patologia	Realização de coleta e análises da amostra, exames de imagem atendendo aos pacientes internos e demais usuários regulados do SUS.
Assistência com médico Obstetra, Ginecologista, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Pediatria, Ortopedista, Cardiologista, Obstétricas	Por meio de agendamento no complexo regulador do município.
Grupo de gestantes com ações educativas	Antes de cada consulta de pré-natal, são realizadas ações educativas com palestras esclarecedoras para gestante e acompanhante. Todos os temas são voltados para o ciclo gravídico puerperal, em ambiente preparado especialmente para tal fim.
Garantia de estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico	Cobertura 24h de Obstetra e Oncologia (pacientes matriculados); serviços de SADT para gestante, recém-nascido, pediatra; além, da equipe de enfermagem juntamente com o suporte do laboratório de análises clínicas.

Manutenção e atualização dos dados cadastrais do Paciente	São feitos mensalmente no ato da consulta.
Atendimento aos pacientes para Registro de Nascimento	Após o preenchimento da Declaração de Nascidos Vivos, o pai ou a mãe da criança (após a alta hospitalar) realiza o Registro de Nascimento na maternidade, tendo a oportunidade de já sair da maternidade com o registro pronto.
Ensino e Pesquisa	Campo de estágio para diversos estudantes nas áreas de medicina, nutrição, psicologia, enfermagem, fisioterapia, técnicos.

4 - METAS FÍSICAS COM OS SEUS QUANTITATIVOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES PRATICADAS

Descrição	Leitos	Meta
Internação - taxa de ocupação leitos oncológicos	5	> ou = a 85% - mês
Cirurgias oncológicas	5	10 cirurgias / mês
Diárias de internações pediátricas	2	30 diárias / mês
O Hospital possui capacidade instalada disponível para o cumprimento das metas, conforme CNES.		

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Descrição	Quantidade realizada/mês
Atendimento de urgência/emergência em oncologia	50
Atendimento ambulatorial – consultas oncológicas	100
Atos não médicos – odontologia pra UTI (profissional contratado)	30
Atos não médicos – Fisioterapia (profissional contratado)	30

5 - METAS QUALITATIVAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Apresentar os indicadores abaixo, conforme padrões de qualidade:

- taxa de ocupação de leitos:

*Enfermarias: >= 70,0%

*UTI: >=70,0%

6 - ORÇAMENTO DETALHADO

Conforme planilha de orçamento detalhado referente ao objeto do plano de trabalho – Anexo I

7 - DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO FORMAL DE CONVÊNIO

ESTRUTURA LEITOS

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
Unidade isolamento	2	2
Uti adulto - tipo II	20	16
Uti neonatal - tipo II	10	10
Uti pediátrica - tipo II	10	10
ESPEC - CIRURGICO		
Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
Cirurgia geral	11	8
Ginecologia	9	8
Nefrologiaurologia	2	1
Neurocirurgia	2	1
Oncologia	5	4
Otorrinolaringologia	2	1
ESPEC - CLINICO		
Cardiologia	2	1
Clinica geral	10	9
Neurologia	2	1
Oncologia	7	6
OBSTETRICO		
Obstetrícia cirurgica	35	22
Obstetrícia clinica	6	6
OUTRAS ESPECIALIDADES		
Cronicos	25	25

Instalação	Qtde./Consultório
AMBULATORIAL	
Odontologia	1
Outros consultorios nao medicos	1
Sala de curativo	1
Sala de enfermagem (servicos)	1
Sala de nebulizacao	1

HOSPITALAR		
Instalação	Qtde./Consultório	Qtde./Equipamentos
Leitos de alojamento conjunto	0	22
Sala de pre-parto	1	4
Sala de recuperacao	2	7

Serviço	Característica
Banco de leite	Próprio
Central de esterilização de materiais	Próprio
Farmácia	Próprio
Lactário	Próprio
Lavanderia	Próprio
Necrotério	Próprio
Nutrição e dietética	Próprio
Serviço de manutenção	Próprio e terceirizado
Serviço médico (clínico e cirúrgico)	Próprio e terceirizado
Serviço multiprofissional	Próprio

8 - INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DAS METAS E DESEMPENHO

Os indicadores serão apresentados na prestação de contas.

9 - RECURSOS FINANCEIROS E RESPECTIVAS FONTES ENVOLVIDAS NESTE CONVÊNIO

Recurso financeiro: R\$ 300.000,0 (trezentos mil reais)

Finalidade: Aquisição de equipamentos

Fonte: Emenda Parlamentar Impositiva -

10 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Período (vigência):
12 meses – 360 dias

Início:
Março/2023

Termino:
Março/2024

Anápolis-GO, 07 de março de 2023


Júlio César Gomes da Silva
Vice-Diretor/FASA