



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:

036560/2011

OBJETO:

Aquisição de equipamento e material permanente para estruturação de unidade de atenção especializada em saúde.

JUSTIFICATIVA:

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 36000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE		
CPF DO RESPONSÁVEL: 131.926.798-08	NOME DO RESPONSÁVEL: ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Ed. Sede Ministério da Saúde Bloco G Gabinete			CEP DO RESPONSÁVEL: 70058-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 01.038.751/0001-60					
Razão Social do Proponente: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAPOLIS					
Endereço Jurídico do Proponente: AVENIDA SANTOS DUMONT, 980					
Cidade: ANÁPOLIS	UF: GO	Código Município: 9221	CEP: 75113185	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/Telefone: 62985527786
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA		Agência: 2289-6	Conta Corrente: 0030020730		
CPF do Responsável: 038.881.421-72	Nome do Responsável: AGNES MARIE SWEENEY				
Endereço do Responsável: Rua Visconde de Taunay, 134 - Bairro Jundiá - CEP: 75.110-730 -				CEP do Responsável: 75110-730	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 189.800,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 0,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2011	R\$ 189.800,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 0,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	30/12/2011	
FIM DE VIGÊNCIA:	20/07/2014	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2014	

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Aquisição de equipamento e material permanente para estruturação de unidade de atenção especializada em saúde.			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 189.800,00
Início Previsto: 30/12/2011	Término Previsto: 20/07/2014	Valor Global:	R\$ 189.800,00
UF: GO	Município: 9221 - ANÁPOLIS	CEP:	75110-730
Endereço: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis - GO			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: Aquisição de equipamento e material permanente para estruturação de unidade de atenção especializada em saúde.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: R\$ 189.800,00	Início Previsto: 30/12/2011	Término Previsto: 20/07/2014

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MINISTERIO DA SAUDE

MÊS DESEMBOLSO: Novembro	ANO: 2012
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 189.800,00
DESCRIÇÃO: Aquisição de equipamento e material permanente para estruturação de unidade de atenção especializada em saúde.	
VALOR DO REPASSE:	PARCELA Nº: 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Poltrona				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis - GO				
CEP: 75110-730	UF: GO	MUNICÍPIO: 9221 - ANÁPOLIS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 60,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 680,00	V.TOTAL: R\$ 40.800,00
OBSERVAÇÃO: Poltrona para acompanhante hospitalar com estrutura em tubular, com tubos redondos de no minimo 1.1/4 polegadas, estofamento com espumas de no mínimo 5cm, revestida em curvin. Pintura eletrostática com tratamento químico anti-ferrugem, braços injetados anatômicos em poliuretano e estrutura interna de aço. Deve ter capacidade mínima de 100kg e realizar movimentos de regulagem para posição horizontal. Possuir medidas mínimas: Comprimento - 0,75m x Largura - 0,64m. As poltronas serão distribuídas e alicadas nos seguintes ambientes: 21 poltronas para a enfermaria feminina; 09 poltronas para a maternidade; 21 poltronas para enfermaria masculina; 03 poltronas para área de apoio a UTI NeoNatal; 03 poltronas para o atendimento de urgência e emergência obstétrica; 03 poltronas para a enfermaria da pediatria.				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Foco Cirúrgico Móvel				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis - GO				
CEP: 75110-730	UF: GO	MUNICÍPIO: 9221 - ANÁPOLIS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 7.000,00	V.TOTAL: R\$ 28.000,00
OBSERVAÇÃO: Foco cirúrgico de pedestal, com no mínimo 1 cúpula de 6 bulbos com lâmpadas halogênea. Possuir nível de iluminação mínimo de 100.000 lux, a 1 metro de distância; Possuir filtro calórico; Possuir sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência, com carregador automático de bateria; Produzir temperatura de cor entre 3.200 à 4.300 Kelvin; Possuir sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável; Possuir sistema de braços articuláveis, para movimentos mínimos de Torção e Flexão. Deve acompanhar os seguintes acessórios: cabo de alimentação com no mínimo 2m; lâmpadas sobressalentes; manopla esterilizável extra. Informo que os focos cirurgicos serão distribuídos e alocados nos seguintes ambientes: 02 Focos Cirúrgicos nas 2 Salas de Grande Cirurgia e 02 Focos Cirúrgicos nas Salas de Média Cirurgia				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Cardioversor/ Desfibrilador				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis - GO				
CEP: 75110-730	UF: GO	MUNICÍPIO: 9221 - ANÁPOLIS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 21.000,00	V.TOTAL: R\$ 21.000,00
OBSERVAÇÃO: Cardioversor, com controle microprocessado, com tecnologia bifásica; Deve possuir entrada do circuito de ECG isoladas da rede elétrica (flutuante) e circuito de proteção contra desfibrilação; Display com Tela de Cristal líquido com as seguintes informações: Traçado do ECG captado pelas pás ou cabo paciente de 3 ou 5 vias; Hora; Energia selecionada; Status da bateria; Bip do ECG; Alarme Audiovisual ajustável para frequências: mínima entre 40 e 98 bpm máxima entre 100 e 200 bpm; Alarme de eletrodo solto; Amplitude do ECG em N/2 N 2N; Velocidade do traçado em 25 mm/seg; Derivação; BPM; Filtros Digitais do traçado para tremor muscular e de rede para 50 ou 60 Hz. Frequência, amplitude e Modo do Marcapasso; SpO2%. Nível de Energia: Aplicação Externa, ajustável no mínimo entre: 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules e acionado através das pás. Aplicação Interna (cirurgia cardíaca), ajustável no mínimo entre: 5, 10, 20, 30, 50 e 100 Joules e acionado através do painel; Tempo de carga menor que 10s; Duas posições de encaixe das pás de aplicação, repouso e prontidão, facilitando o uso, limpeza e transporte; Pás de uso adulto e infantil acopladas; Painel de teclado de membrana sensível ao toque; Cardioversão com aplicação sincronizável com onda R; Anulação da Carga de forma Automática, por botão no painel ou ao desligar o equipamento. Gravador de eventos, memória digital para os últimos eventos onde, através do processador digital, memoriza, automaticamente, os últimos eventos, sendo um segmento de ECG de 8 segundos anterior e mais 12 segundos posterior ao instante de uma desfibrilação, estimulação ou registro, com indicação em cada evento de: data, hora, parâmetros de captação do ECG, carga do desfibrilador ou valores de estimulação. Programa que permita visualizar, imprimir relatórios e arquivar dados. Deve acompanhar conexão USB; Bivolt, bateria recarregável e bateria externa de 12 volts. Deve funcionar com alimentação elétrica entre 110V e 220V com seleção automática; 12V bateria interna; 12V bateria externa. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 - Cabo paciente de 3 vias; 01 - Par de pás, externas, infantil/adulto; 01 - Pacote com 100 eletrodos descartáveis para ECG; 01 - Fio terra auxiliar; 01 - Programa para computador; 01 Cabo USB; 01 - Manual de instruções; Marcapasso Transtorácico; Oximetria; Registrador térmico. Apresentar alarme de bradicardia, taquicardia e sístole. Informo que o equipamento será alocado na sala de emergência.				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Balcão				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis - GO				
CEP: 75110-730	UF: GO	MUNICÍPIO: 9221 - ANÁPOLIS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 6.000,00	V.TOTAL: R\$ 6.000,00
OBSERVAÇÃO: Balcão térmico, tipo banho Maria com no mínimo 5 módulos para banho-maria e no mínimo 08 cubas em aço inox. Toda a estrutura deve ser contruída em aço inox. Deve possuir corredores de bandeja e alimentação elétrica: 110/220 V 60 Hz. Informo que o balcão será alocado no refeitório.				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis - GO				
CEP: 75111-730	UF: GO	MUNICÍPIO: 9221 - ANÁPOLIS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 10,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 8.400,00	V.TOTAL: R\$ 84.000,00
OBSERVAÇÃO: Camas hospitalar elétrica fowler para UTI com pintura eletrostática; controle remoto com fio; suporte inox para soro com regulagem de altura; suporte para liquido, mínimo de 04 encaixes para receber suporte de soro, bomba de infusão, trapézio, quadro balcânico, tração e outros; protetor de parede nas laterais da cama; carenagem em fibra de vidro; Mínimo de 04 grades termoplástico com sistema retrátil e amortecedor; leito removível em abs estruturado. Deve possuir no mínimo os seguintes movimentos: fowler, trendelemburg e reverso, através de controle remoto com fio. Cabeceira/peseira construída em plástico. Rodas: rodas de no mínimo 5 polegadas. Dimensões mínimas do leito: c=2,00m x l=0,90m x a=0,70m. Capacidade mínima de peso de: 200 kg. Deve acompanhar colchão d-28 revestido em courvin nas medidas da cama. Informo que os referidos móveis serão alocados na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, uma vez que a mesma esta sendo ampliada, recebendo 10 novos leitos.				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Oxímetro de Pulso				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis - GO				
CEP: 75110-730	UF: GO	MUNICÍPIO: 9221 - ANÁPOLIS		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 5.000,00	V.TOTAL: R\$ 10.000,00
OBSERVAÇÃO: Oxímetro de pulso com display gráfico de alta visibilidade, retro-iluminado com controle digital de contraste, alarme em diferentes tons de áudio e controle digital de volume, identificador de saturação insuficiente e desconexão do paciente. A informação da condição de alarme deve ser feita por mensagem direta, mostrando qual o limite e o valor ultrapassado com indicação simultânea de alarmes diferentes. Indicador audiovisual do pulso (Batimento Cardíaco), com tom de áudio próprio e controle separado de volume. Gráficos de tendência para a saturação e pulso com intervalos entre 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 h. Saída para impressora matricial ou jato de tinta, com relatório contínuo de medidas e ocorrência, (condições de alarme) programável de 1 a 30 minutos, com registro da hora da ocorrência. Fonte de alimentação interna, automática. Sensores adultos, pediátricos e neonatal, descartáveis ou reutilizáveis. Bateria interna recarregável com autonomia de 8 horas e controlador inteligente de carga. Informo que os oxímetros de pulso serão alocados na Sala de Emergência.				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 189.800,00	R\$ 189.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 189.800,00		

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

Declaração de Capacidade Técnico Gerencial.jpg

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

TA RED.VALOR CV 767326-2011.pdf

Ofício nº 132 comunica aprovação de prestação de contas.PDF

AR ref Of 724.PDF

RELATORIO 767326-2011.PDF

Convênio 36560-2011.pdf